

**WSZYSCY WYKONAWCY  
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.21.2024.JG: Zakup wraz z dostawą zestawu narzędzi chirurgii robotycznej Da Vinci Xi dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz aostymentowo-cenowy:**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 12 miesięczny termin ważności lub dostawy sukcesywne oferowanych narzędzi i akcesoriów, co pozwoli Wykonawcy na złożenie oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - §5 – Reklamacje:**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do powyższego paragrafu standardowego zapisu dotyczącego reklamacji Oferowanych Artykułów:

**W przypadku narzędzi robotycznych** wielorazowego i jednorazowego użytku, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem, lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego narzędzia zastosowanie ma następująca procedura producenta narzędzi robotycznych:

- – Producent narzędzi chirurgii robotycznej określa przyczynę uszkodzenia mechanicznego na podstawie badań technicznych przeprowadzonych w specjalistycznym laboratorium producenta i na jej podstawie rozpatruje reklamację,
- – w przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez producenta reklamacji – wystawia on notę uznaniową na poczet zamówienia kolejnego narzędzia robotycznego wielorazowego lub jednorazowego użytku (tożsamego z reklamowanym) lub odsyła do reklamującego nowe narzędzie robotyczne jednorazowego lub wielorazowego użytku (wielorazowego użytku z liczbą użyć powiększoną o 1)

- – proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30-40 dni od daty zgłoszenia do producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego narzędzia).
- – zgłoszenie uszkodzenia narzędzia robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania narzędzia do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,
- – na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia narzędzia robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,
- – Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowane narzędzie robotyczne, które zostaje niezwłocznie dostarczone do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji.

Narzędzia jednorazowego użytku posiadają okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego lub ilość „użyć, podpaleń, zamknięć, klipśnięć” charakterystyczną dla narzędzia w okresie 1 roku od daty dostawy do Zamawiającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do producenta reklamowanego narzędzia w oryginalnym opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - §6 punkt 1. 2):**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę części brzmienia zapisu na następujący: „w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ - §6 punkt 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę części brzmienia zapisu na następujący: „łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia tych kar, wynosi 10% ceny netto.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu do niniejszego pisma aktualny załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak*