

Nr sprawy D25M/251/N/2-6rj/20

Gdynia, dnia 26.03.2020

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji, dezynfekcji, utrzymania czystości oraz innych artykułów medycznych”.

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Zadanie Nr 3 pozycja 4.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowi element dokumentacji. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadanie Nr 5 pozycja 5.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 3

Zadanie 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną jałową o wymiarach 90x45x39?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki z polietylenową miękką szczecinią oraz z poliuretanową gąbką?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza jednorazowe osłonki z pozycji 5 w opakowaniach po 100 szt. Z przeliczeniem ilości na 100 opakowań po 100 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby ostateczna ilość sztuk była zgodna z wymogiem Zamawiającego. Wykonawca oferujący inny sposób konfekcjonowania niż wskazany w SIWZ, jest zobowiązany dodać adnotację o oferowanej ilości w opakowaniu.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza jednorazowe osłonki z pozycji 6 w opakowaniach po 50 szt. Z przeliczeniem ilości na 200 opakowań po 50 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby ostateczna ilość sztuk była zgodna z wymogiem Zamawiającego. Wykonawca oferujący inny sposób konfekcjonowania niż wskazany w SIWZ, jest zobowiązany dodać adnotację o oferowanej ilości w opakowaniu.

Pytanie 7

Zadanie nr 12

Czy zamawiający dopuszcza koszt do mycia, sterylizacji, przechowywania i transportu narzędzi endoskopowych o wymiarach 650 x 150 x 70 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że pod oznaczeniem „F” Zamawiający rozumie skuteczność wobec min. „c. albicans”

Odp.: Tak. Zamawiający potwierdza, że pod oznaczeniem „F” rozumie skuteczność bójczą wobec grzybów min. „c. albicans”

Pytanie 9

Zadanie 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotową do użycia, enzymatyczną piankę przeznaczoną do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Oferowany produkt zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach, posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Oferowany produkt zapewnia doskonały efekt mycia dzięki synergistycznemu działaniu kompleksu enzymów oraz surfaktantów. Preparat dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Wysoce aktywna piana ułatwia proces maszynowego mycia czyniąc go jeszcze bardziej efektywnym. Skład: kokamidopropyl betainę, węglan didecyldimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne. Wyrób medyczny, opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie 13 pozycja 1 i 2

Czy z uwagi na stosowanie preparatów na różnych powierzchniach Zamawiający oczekuje aby preparaty posiadały raporty z badań dot. tolerancji materiałowych wykonane w laboratoriach, które należy przedłożyć na etapie oceny ofert.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Zadanie 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu w/o (woda w oleju) przeznaczoną do regeneracji suchej skóry. Produkt zawiera w składzie m.in. masło shea, wit. E oraz glicerynę - która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry. Emulsja szybko się wchłania, sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabia efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry, zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry. Produkt o pH naturalne dla skóry, nie zawiera barwników, nie zawiera parabenów, dermatologicznie przebadany. Kosmetyk, opakowanie 500 ml + pompka

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny balsam typu olej w wodzi do regeneracji skóry rąk. Produkt zapewnia idealne nawilżenie skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Przeznaczony jest do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki, nie zawiera barwników. Produkt wzbogacony oliwą z oliwek. Kosmetyk, opakowanie 500 ml z wbudowaną pompką dozującą

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 15 pozycja 1

Czy Zamawiający na potwierdzenia dobrej tolerancji materiałowej oczekuje przedłożenia na etapie badania ofert raportów z badań wykonanych w laboratoriach ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie nr 1 - Wózki do materiałów sterylnych

Pytania do poz.1

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o charakterystyce:
Do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w jeden uchwyt do prowadzenia fi 25 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 160 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie.

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o charakterystyce:
Do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych z możliwością wyjęcia półek, na kółkach fi 160 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. O wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) w mm: 880x680x1240 mm.

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania do poz.2

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o charakterystyce:
Do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w jeden uchwyt do prowadzenia fi 25 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 160 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka pionowa przegroda dzieląca wózek na dwie równe części. Po obu stronach miejsce na pięć kontenerów z narzędziami, czyli łącznie 10 kontenerów.

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o charakterystyce:
Do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych z możliwością wyjęcia półek, na kółkach fi 160 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. O wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) w mm: 1180x680x1480 mm.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy rozdziału V pkt. 1 SIWZ oraz XVII pkt. 4 SIWZ w zakresie zadania nr 1- Wózki do materiałów sterylnych.

1. Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający zmieni termin dostawy (a co za tym idzie kryteria oceny ofert) na przedmiot zamówienia z zadania nr 1. Nasze zapytanie jest związane z charakterem trwałym produktów, które są wyszczególnione w zadaniu nr 1. „Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej”, jak sam opis przedmiotu zamówienia wskazuje (a zwłaszcza wykonanie ze stali nierdzewnej) ma właśnie trwały charakter i służy wielokrotnej eksploatacji. Raz dostarczony nie podlega sukcesywnemu uzupełnieniu, jak to ma miejsce w przypadku materiałów zużywalnych. Nie jest produktem, który może wyczerpać się poprzez bieżącą eksploatację. Nie jest to też produkt jednorazowego użytku. Nie jest zatem produktem, który podlega sukcesywnym zamówieniom, jak to ma miejsce w przypadku innych zadań: czy to włókniny (zad. 2) czy etykiet i taśm do drukarki (zad.3) czy akcesoriów do tac sterylizacyjnych i kontenerów, innych akcesoriów (zad. 4) czy szczotek chirurgicznych (zad. 8) czy pojemników plastikowych (zad. 9) czy

środków do mycia (zadania 13, 14, 15), itd. Jest to produkt, który raz dostarczony służy wiele lat do użytku i wymaga co najwyżej corocznego przeglądu, który przywracałby mu pierwotną sprawność.

Powyższe doskonale odzwierciedla ilość przedmiotu zamówienia, która wynosi w przypadku zadania nr 1 raptem 8 sztuk, natomiast dla zad. 2- 6240 opakowań, dla zadania 3 dziesiątki rolek i tysiące etykiet, dla zadania 4 setki i dziesiątki opakowań, dla zadania 8 aż 22 tysiące sztuk.

Czy biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie racjonalnego terminu dostaw dla przedmiotu zamówienia, który będzie liczony w tygodniach? Prosimy o ustalenie przedziału ocenianego między 5, a 10 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamawiający może z dużym wyprzedzeniem przewidzieć, w którym momencie wózek ze stali nierdzewnej będzie potrzebował, w odróżnieniu od materiałów zużywalnych sukcesywnie, których zużycie zależy od nieznanego Zamawiającemu ilości pacjentów, wydruków, itp.

W przypadku zmian prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert.

W przypadku zmian prosimy również o ich uwzględnienie w projekcie umowy.

Odp.: Zamawiający określa maksymalny termin dostawy wózków na 60 dni od daty złożenia zamówienia. W tym zakresie Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert, a jedynie sposób oceny ofert w zadaniu 1. Modyfikacja SIWZ w załączeniu.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp.: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia przekazania wszelkich wymaganych informacji z otwarcia ofert złożyć stosowne oświadczenie, związane z wykazaniem braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy ustawy nie regulują w tym zakresie samodzielnego składania przedmiotowych oświadczeń przez Wykonawcę do oferty. Niemniej jednak na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych należy stwierdzić, iż „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 18

Dotyczy zadania nr 1, pozycji 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka transportowego o pojemności 6 jednostek i wymiarach 880 x 680 x 1240 mm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Dotyczy zadania nr 1, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka o wnętrzu nie podzielonym pionową przegrodą? Taki układ wnętrza daje więcej wariantów wykorzystania przestrzeni transportowej.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy zadania nr 1, pozycji 1 oraz 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez wózki dwóch uchwytów do prowadzenia?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy zadania nr 1, pozycji nr 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózków wykonanych ze stali kwasoodpornej OH18N9?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy zadania nr 22:

Czy Zamawiający wymaga aby mata absorpcyjna posiadała minimalną gramaturę 110g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 23 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający opis SIWZ w rozmiarze 90 x 55 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający opis SIWZ w rozmiarze 90 x 38 mm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający opis SIWZ w rozmiarze 75 x 30mm, pakowany po 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby ostateczna ilość sztuk była zgodna z wymogiem Zamawiającego. Wykonawca oferujący inny sposób konfekcjonowania niż wskazany w SIWZ, jest zobowiązany dodać adnotację o oferowanej ilości w opakowaniu.

Pytanie 26 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 4)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga produktu wykonanego ze stali nierdzewnej.

Odp. . Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 27 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści silikonowe zabezpieczenia narożników tac sterylizacyjnych nieposiadające stoperów, pakowane po 24 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby ostateczna ilość sztuk była zgodna z wymogiem Zamawiającego. Wykonawca oferujący inny sposób konfekcjonowania niż wskazany w SIWZ, jest zobowiązany dodać adnotację o oferowanej ilości w opakowaniu.

Pytanie 28 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 8)

Czy Zamawiający dopuści maty silikonowej do stabilizacji narzędzi o wymiarach 254 mm x 254 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 9)

Czy Zamawiający dopuści maty silikonowej do stabilizacji narzędzi o wymiarach 254 mm x 432 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 9)

Czy Zamawiający dopuści maty silikonowej do stabilizacji narzędzi o wymiarach 254 mm x 534 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 9)

Czy Zamawiający dopuści maty silikonowej do stabilizacji narzędzi o wymiarach 300 mm x 500 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32– do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 10)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dopasowania uchwytów do kosza narzędziowego opisanego w poz. 11, ponieważ w poz. 11 nie opisano kosza.

Odp. Tak. Zamawiający odstępuje.

Pytanie 33 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 10)

Czy Zamawiający dopuści silikonowe mocujące uchwyty do kosza narzędziowego w rozmiarze 93 x 31 mm, z otworami 7 i 12 mm pozwalającymi na stabilne spozycjonowanie narzędzi o średnicy 8 i 15 mm, zgodnie z opisem SIWZ.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 11)

Czy Zamawiający dopuści w miejsce jednej pozycji możliwość zaoferowania 3 różnych produktów, które razem spełnią wymagania Zamawiającego tj. silikonowe mocujące uchwyty posiadające łącznie 13 otworów pozwalające na umieszczenie narzędzi o średnicy 3 do 8 mm, zgodnie z opisem SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35– do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 12)

Czy Zamawiający dopuści w miejsce jednej pozycji możliwość zaoferowania 3 różnych produktów, które razem spełnią wymagania Zamawiającego tj. silikonowe mocujące uchwyty posiadające łącznie 7 otworów pozwalających na umieszczenie narzędzi o średnicy 3 do 8 mm, zgodnie z opisem SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4 poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści plomby do kontenerów sterylizacyjnych spełniające opis SIWZ w kolorze białym, w opakowaniach po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Tak, Zamawiający dopuszcza, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby ostateczna ilość sztuk była zgodna z wymogiem Zamawiającego. Wykonawca oferujący inny sposób konfekcjonowania niż wskazany w SIWZ, jest zobowiązany dodać adnotację o oferowanej ilości w opakowaniu.

Pytanie 37 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 4)

W przypadku pozytywnych odpowiedzi i dopuszczenie innej wielkości opakowania, prosimy o potwierdzenie czy w przypadku konieczności zaoferowania niepełnej ilości opakowań, ilość należy zaokrąglić do pełnej liczby w górę czy zgodnie z zasadami matematyki?

Odp. Ilości należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematyki, tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);
- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

Pytanie 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innej metody sterylizacji tj. promieniowaniem gamma.
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie innego materiału z jakiego wykonana jest szczecina tj. z miękkiego polietylenu.
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań wykonanych obustronnie z folii.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego **nieterminowej części dostawy** za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy**
- b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej **części dostawy** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy**
- c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;
- d) opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. W § 6 ust. 5 nie ma słów „odsetki ustawowe”, jest użyte ogólne sformułowanie: „odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” Brak zatem podstaw do zmiany.

Pytanie 43 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ściereczek o składzie poliestru i wiskozy, gr. 50mg/1m2 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści preparat wieloenzymatyczny w postaci gotowej do użycia pianki bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru i związków utleniających. Dzięki zastosowaniu ergonomicznej końcówki spieniającej, preparat pokrywa instrument homogeniczną pianką. Wytworzona w ten sposób pianka utrzymuje swoją stabilność przed długi okres czasu. Dodatkowo powiększając swoją objętość na powierzchni narzędzi, uniemożliwia kontakt z powietrzem, co pozwala pozostać narzędziom w stanie wilgotnym długi okres czasu, do 72 godzin, podczas magazynowania i transportu. Zapobiega to zasychaniu i utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych.

Preparat do wstępnego mycia i zabezpieczania przez zasychaniem i utrwalaniem zanieczyszczeń, wszelkich wodoodpornych instrumentów medycznych jak: narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne, endoskopy giętkie, endoskopy sztywne, sprzęt i wyposażenie anestezyjologiczne, oraz ogólne instrumenty medyczne. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, białka, tłuszcze, skrobia. Zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu, preparat wyrobem medycznym klasy I, w opakowaniu 1L, pH 6-8 ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Zadanie nr 13, pkt.1

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, bez aldehydów, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol, chlorek propionianu nie pozostawiający śladów, płam, który osiąga pełne działanie bójcze dla B,F,- 1 min, Tbc,V- 5 min, w opakowaniu a'1L spełniający pozostałe wymagania SIWZ, będący wyrobem medycznym klasy IIa?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

Zadanie nr 13, pkt.2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu i dopuści preparat gotowy do użycia ze spryskiwaczem do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych ,wrażliwych na działanie alkoholi, z możliwością stosowania do głowic usg, dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów, zabawek, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, Spory (B. subtilis) w czasie 1 min w opakowaniu a 1L będący wyrobem medycznym klasy IIa spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

Punkt XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

L.p.	RODZAJ KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena	80 %
2.	Termin dostawy	20 %

2. **Sposób oceny oferty w kryterium cena** – Zamawiający będzie ocenił ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową brutto podaną w formularzu ofertowym.
3. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:
$$PK = [CN / CR] \times 80$$

PK - ilość punktów przyznanych ofercie dla kryterium cena
CN – najniższa cena brutto oferty spośród ocenianych ofert
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.
4. **Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy** – Zamawiający będzie ocenił oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1). Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1) od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych dniach). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1). Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1) spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
5. Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:
$$PK = [TN / TR] \times 20$$

PK - ilość punktów dla kryterium
TN – termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert
TR – termin dostawy oferty rozpatrywanej
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt w kryterium termin dostawy.
6. Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
 - a) nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu
 - b) złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ
 - c) złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

Ponadto zmieniony zostaje:

Załącznik 1 stanowiący Formularz oferty, w miejscu:

3) Termin dostawy* - dni (nie więcej niż 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1)., Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy tj. 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1).. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych (z wyłączeniem zadania 1)/60 dni kalendarzowych (zadanie 1) oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych (z wyłączeniem zadania 1 dla którego należy podać pełne dni kalendarzowe)

W załączeniu zaktualizowana SIWZ.

Załącznik 5 stanowiący Projekt umowy, w miejscu:

§4 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw (dotyczy zadań z wyłączeniem zadania 1)/dostaw (zadanie 1) przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej Umowy asortymentu **w ciągu dni roboczych (dotyczy zadań z wyłączeniem zadania 1)/...dni kalendarzowych (zadanie 1)** od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem, mailowego lub pisemnego, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym terminie.

W załączeniu zaktualizowany Projekt umowy.

Z uwagi na fakt, iż zmiana treści siwz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia ani konieczności zapewnienia dodatkowego czasu na przygotowanie ofert – Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska