

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – po modyfikacji

Zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia: Zatapiarka

Wymagane parametry i funkcje	
L.p.	WYMAGANIA OGÓLNE
1.	Urządzenie przeznaczone do zatapiania w parafinie badanego materiału histopatologicznego
2.	Zbiornik do przechowywania materiałów (zbiornik na min. 300 kasetek)
3.	Min. 5 litrowy zbiornik na parafinę
4.	Niezależna cyfrowa regulacja temperatury każdego zbiornika
5.	Możliwość pracy z każdym rodzajem kasetek typu Standard i Mega
6.	Min. <u>8</u> podgrzewanych miejsc na różnej wielkości pęsety
7.	Możliwość regulacji ustawień temperatury wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 40-70 stopni Celsjusza
8.	Moduł dozownika wyposażony w zimny punkt pozwalający na tymczasowe chłodzenie kasetek (w tym kasetek typu MEGA)
9.	Oświetlenie LED – możliwość wybierania 5 intensywności światła
10.	Osobne oświetlenie dla obszaru roboczego oraz dla obszaru akcesoriów
11.	Możliwość zmiany położenia przycisku wylewu parafiny w celu ułatwienia pracy z kasetkami różnych rozmiarów t.j. standardowych, mega, super mega

12.	Możliwość programowania czasu pracy urządzenia w cyklu dobowym i tygodniowym
13.	Intuicyjny interfejs z panelem Touch-screen
14.	Duży ekran dotykowy pozwalający na szybki dostęp do dokładnych nastaw oraz odczytów i kontroli temperatury we wszystkich zbiornikach i module chłodzącym
15.	Dodatkowe akcesoria. Optymalizacja HistoStar pozwalająca na stosowanie szerokiej gamy dodatkowych narzędzi i akcesoriów, w tym: dociskacz od materiału, podgrzewane pęsety (wbudowane standardowo gniazdo elektrycznej pęsety), lupę, włącznik nożny
16.	Moduł płyty chłodzącej z możliwością samodzielnej pracy
17.	Regulacja temperatury płyty chłodzącej w zakresie od min. -3 do max. -15 stopni C
18.	Półka na dokumenty medyczne
19.	Wymiary modułu dozownika (szer. X gł. X wys.) : około 650 x 587 x 430 mm
20.	Wymiary płyty chłodzącej (szer. X gł. X wys.): około 430 x 585 x 365 mm
21.	Możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny przez zawór spustowy bezpośrednio kranika parafiny na odpady
22.	Oświetlenie kranika parafiny i przestrzeni do zatapiania załączane automatycznie wraz z naciśnięciem przycisku do wylewu parafiny