



## Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań  
tel. centrala 61 854 90 00  
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72  
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

**Dyrektor Szpitala: dr hab. med. Szczepan Cofta**

Nasz znak EZP/91/20

Poznań, dnia 10 sierpnia 2020 roku

Szanowni Wykonawcy.

Dotyczy postępowania przetargowego na dzierżawę aparatów wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii Onkologicznej.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

### Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 3 „Parametry techniczne”

Jest

#### **Parametry techniczne**

*Wolnostojące, nie szersze niż 45 cm, nie wyższe niż 70 cm oraz nie głębsze niż 40 cm,*

*Deparafinizacja, suszenie preparatów oraz właściwe barwienia histochemiczne przeprowadzone w jednym urządzeniu;*

*Bezsylenowa deparafinizacja preparatów;*

*Czas pełnego wykonania jednego barwienia histochemicznego nie dłuższy niż 3 godziny;*

*Możliwość wykonywania oznaczenia w temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia;*

*Możliwość jednoczesnego barwienia co najmniej 20 preparatów;*

*Możliwość jednoczesnego wykonywania barwień histochemicznych za pomocą co najmniej 4 różnych zestawów do barwienia w jednym cyklu pracy;*

*Możliwość jednoczesnego załadowania co najmniej 25 odczynników do urządzenia;*

*Możliwość pracy ciągłej z dokładaniem pojedynczych preparatów oraz odczynników w trakcie pracy urządzenia;*

*Możliwość pracy ciągłej z dokładaniem pojedynczych preparatów oraz odczynników w trakcie pracy urządzenia;*

*Urządzenie bezigłowe;*

*Bezszyfrowy system dozowania odczynników;*

*Dołączony lub wbudowany UPS podtrzymujący pracę urządzenia w razie awarii zasilania;*

*Odpady płynne niewymagające neutralizacji;*

*Zaproponowane odczynniki muszą być w formie Ready-to-Use oraz w pełni kompatybilne z urządzeniem.*

*Zgłoszenia usterek 24 godziny na dobę. (faksem, mailem);*

Zmiana polega na:

- zmianie wymiarów urządzenia poz. 1

- usunięciu zapisu o treści „Możliwość pracy ciągłej z dokładaniem pojedynczych preparatów oraz odczynników w trakcie pracy urządzenia”

- zmianie zapisu poz. 13 poprzez usunięcie części zapisu o treści: „zaproponowane odczynniki muszą być w formie Ready-to-Use”

Lp	Parametry techniczne
1	<b>Wolnostojące, nie szersze niż 60 cm, nie wyższe niż 130 cm oraz nie głębsze niż 70 cm,</b>
2	Deparafinizacja, suszenie preparatów oraz właściwe barwienia histochemiczne przeprowadzone w jednym urządzeniu;
3	Bezksylenowa deparafinizacja preparatów;
4	Czas pełnego wykonania jednego barwienia histochemicznego nie dłuższy niż 3 godziny;
5	Możliwość wykonywania oznaczenia w temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia;
6	Możliwość jednoczesnego barwienia co najmniej 20 preparatów;
7	Możliwość jednoczesnego wykonywania barwień histochemicznych za pomocą co najmniej 4 różnych zestawów do barwienia w jednym cyklu pracy;
8	Możliwość jednoczesnego załadowania co najmniej 25 odczynników do urządzenia;
9	Urządzenie bezigłowe;
10	Bezstrefowy system dozowania odczynników;
11	Dołączony lub wbudowany UPS podtrzymujący pracę urządzenia w razie awarii zasilania;
12	Odpady płynne niewymagające neutralizacji;
13	<b>Zaproponowane odczynniki muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem.</b>
14	Zgłoszenia usterek 24 godziny na dobę. (faksem, mailem);

**Pozostałe zapisy pakietu nr 3 bez zmian.**

Specjalista  
mgr Piotr Kosinski

.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Z wyrazami szacunku*

Dyrektor Szpitala  
dr hab. med. Szczepan Cofta.....  
Dyrektor Szpitala

Opracował: Jolanta Stachowiak



*salus aegroti, educatio, scientio*  
**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**  
www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl  
NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853  
nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

