



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 06.11.2024 roku

FZP.III-241/94/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**DOSTAWA MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy: Zadanie 4: podłoża na płytkach

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 14 podłoża chromogenne do jakościowego wykrywania i selektywnej izolacji wankomycynoopornych *Enterococcus faecalis* i *Enterococcus faecium*, które pozwala na wykrywanie i różnicowanie wankomycynoopornych *Enterococcus faecalis* i *Enterococcus faecium* o typie oporności Van A i Van B od innych drobnoustrojów, w tym enterokoków o wewnętrznym typie oporności na wankomycynę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2.

Dotyczy: Zadanie 8: Odczynniki stosowane w diagnostyce bakteriologicznej

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 odczynnika z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3.

Zadanie 7 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych pakowanych po 40 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do góry

Pytanie nr 4.

Zadanie 7 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody