

Gryfino, dnia 9 listopada 2021r.

RI.272.2.6.2021.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w podziale na pięć części zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **05.11.2021r.** w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

Pytania dot. Część II zamówienia - Dostawa i montaż wyposażenia sal zabiegowych - załącznik 1b - Stół zabiegowy chirurgiczny

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu z części nr II zamówienia - Dostawa i montaż wyposażenia sal zabiegowych: pozycja 1. Stół zabiegowy chirurgiczny?

ODPOWIEDŹ 1

Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

PYTANIE 2

Dot. pkt. 2. Czy zamawiający dopuści osłonę z wysokiej jakości kompozytu tworzyw sztucznych? Osłona z tworzyw sztucznych zapewnia większe bezpieczeństwo elektrostatyczne i elektryczne.

ODPOWIEDŹ 2

Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

Zamawiający zaznacza że poniższe pytania wskazują na poz. Nr 5 Stół operacyjny i do niego odnoszą się odpowiedzi.

PYTANIE 3

Dot. pkt 36 Czy zamawiający dopuści stół, którego pilot posiada inne zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem niż wymienione w SIWZ? Oferowany przez nas pilot posiada zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem, jednocześnie umożliwiając obsługę jedną ręką co jest kluczowe dla ergonomii i specyfiki pracy ze stołem operacyjnym.

ODPOWIEDŹ 3

Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

PYTANIE 4

Dot. pkt. 39. Czy zamawiający dopuści stół o pojemności baterii LI-Ion 2 x 2,2 Ah . Ilość ruchów na jednej baterii zależna jest od wielu czynników tj. temperatura otoczenia, warunki przechowywania itp., dlatego też producenci podają pojemność baterii i zużycie energii jako najbardziej miarodajny i obiektywny parametr.

ODPOWIEDŹ 4

Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

PYTANIE 5

Dot. pkt. 41 i 42. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał całkowitą szerokość blatu bez listew bocznych na min. 520 mm oraz całkowitą szerokość blatu wraz z listwami na maks. 575 mm. Daje to dopuszczalną szerokość 55 mm listew bocznych. Standardowy wymiar to 72 mm. Niemożliwe jest więc spełnienie powyższego parametru przez większość oferentów lub parametr ten jest możliwy

do spełnienia tylko przez wybranego oferenta, taka sytuacja jest sprzeczna z ustawą o uczciwej konkurencji i ustawie o zamówieniach publicznych. Prosimy o dopuszczenie stołu o parametrze minimalnej szerokości zgodnej z SIWZ, ale o szerokości całkowitej (z listwami) 622mm.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający dopuszcza by całkowita szerokość blatu wynosiła 500mm

PYTANIE 6

Dot. pkt. 43. Czy zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu w zakresie 595 mm-1005 mm?

ODPOWIEDŹ 6

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 7

Dot. pkt. 44-48. Czy zamawiający miał na myśli wartości podaną w mm?

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający poprawia zapis: Regulacja przechyłu wzdłużnego w zakresie min. +/- 300 na Regulacja przechyłu wzdłużnego w zakresie min. +/- 30st, Regulacja przechyłu bocznego w zakresie min. +/- 240 na Regulacja przechyłu bocznego w zakresie min. +/- 24st, Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 300 do 800 na Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 30st do 80st, Regulacja podglówka w zakresie min. od - 900 do 500 na Regulacja podglówka w zakresie min. od - 90st do 50st i Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 300 oraz możliwość rozchylenia na boki o min. 180° na Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od - 90st do 25st oraz możliwość rozchylenia na boki o min. 180°

PYTANIE 8

Dot. pkt. 45. Czy zamawiający dopuści regulację przechyłu bocznego w zakresie +/- 20 stopni?

ODPOWIEDŹ 8

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 9

Dot. pkt. 46. Czy zamawiający dopuści regulację oparcia pleców w zakresie -10 do +70 stopni? Producent nie podaje zakresu w mm, gdyż jest to zależne od użytych blatów stołu.

ODPOWIEDŹ 9

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 10

Dot. pkt. 47. Czy zamawiający dopuści regulację podglówka w zakresie +37°/-57°? Producent nie podaje zakresu w mm, gdyż jest to zależne od użytych blatów stołu.

ODPOWIEDŹ 10

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 11

Dot. pkt. 47. czy zamawiający dopuści regulację podglówka w zakresie +37°/-57° i regulacji wysokości 135mm ?

ODPOWIEDŹ 11

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 12

Dot. pkt. 48. Czy zamawiający dopuści regulację podnóżków w zakresie +26°/-90° o abdukcji równej 90°. Konfiguracja mówiąca o rozchyleniu nóg na boki zaproponowana przez zamawiającego nie jest stosowana w żadnej procedurze medycznej. Ponadto sekcja nóg zaproponowana przez naszą firmę jest szybka i lekka do demontażu (na klik).

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający dopuszcza stół z zakresem pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od – 90st do 25 st oraz możliwość rozchylenia na boki o 180°

PYTANIE 13

Dot. pkt. 73. Czy zamawiający dopuści osłonę harmonijkową tylko w miejscu występowania elektroniki, tj. tuż pod, ukrytą pod blatem stołu?

ODPOWIEDŹ 13

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.