

Wrocław, dnia 05.02.2024 r.

## Uczestnicy postępowania

### **Dotyczy: PN 09/24- Dostawa materiałów rehabilitacyjnych oraz drobnego sprzętu medycznego**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytania dotyczące pakietu nr 9 – Spirometr przenośny**

1. L.P. 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy spirometr o rozdzielczości 640x480 i z ekranem 5,7"? Jednocześnie do spirometru zostanie dołączone komputerowe oprogramowanie, dzięki czemu będzie możliwa analiza i odczyt badań za pomocą komputera.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga, aby odczyt był jak najbardziej czytelny (duży ekran o jak najwyższej rozdzielczości).

2. L.P. 11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy spirometr z pamięcią 250 badań, ale w dołączonym do spirometru oprogramowaniu istnieje możliwość archiwizacji nieograniczonej ilości badań?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający oczekuje, aby jak największa ilość badań była przechowywana w samym urządzeniu.

3. L.P. 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy spirometr z przepływomierzami z membraną, bez ruchomych części (4 sztuki), z których można ponownie korzystać po dezynfekcji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga, aby była możliwość korzystania zarówno z turbin jednorazowych, jak i turbin wielokrotnego użytku.

4. L.P. 20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy spirometr o wymiarach 330 mm x 270 mm x 74 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

5. L.P. 21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy spirometr o wadze 3,2 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga, aby przenośny spirometr był jak najlżejszy.

Sporządziła: Elwira Stołba