



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 04.07.2024 r.

DZP-23/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora Maldi Biotyper Sirius IVD System

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 - § 4 ust. 9 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu: Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy).

Odp. Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 9 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku awarii przedmiotu dzierżawy Wykonawca przystąpi do naprawy przedmiotu dzierżawy.

Czas oczekiwania na reakcję serwisu:

- a) Odpowiedź telefoniczna – do 4 godzin w dni robocze licząc od chwili zgłoszenia.*
- b) Przyjazd Inżyniera serwisu – do 2 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia.*
- c) Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy) licząc od chwili zgłoszenia.*

Naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku barku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego, przedmiot dzierżawy zostanie odesłany do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy. Zgłoszenie awarii możliwe będzie pocztą elektroniczną na wskazany adres Wykonawcy przy czym korespondencja taka będzie traktowana, jako forma pisemna. Dokonywanie zgłoszeń awarii przez Zamawiającego jest możliwe niezależnie od dnia tygodnia.”

Pytanie nr 2 – dot. § 3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawienia każdorazowo tylko jednej faktury obejmującej całość złożonego zamówienia i wyrazi zgodę na wystawianie i dostarczanie faktur po każdorazowej realizacji zamówienia? Produkty są dostarczane do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu zagranicznego, natomiast faktury generowane są automatycznie na podstawie ruchu magazynowego. Co do zasady na fakturze widnieje całość zamówienia, jednak mogą wystąpić sytuacje w których wygenerują się np. dwie faktury do jednego zamówienia. Do takich zdarzeń dochodzi m.in. w przypadku, gdy produkty znajdują się w innych magazynach, są wysyłane na CITO, wymagają innego rodzaju transportu (np. warunków chłodniczych) lub są niedostępne. Każda faktura jest jednak opisana tym samym numerem zamówienia, dzięki czemu identyfikacja dokumentów nie sprawia trudności.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie zmienia treść:

- § 3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej dostawie. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w realizacji dostawy częściowej”.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- § 9 ust. 1.7 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 7 ust. 2 w wysokości 250 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia”.

Pytanie nr 3 – dot. § 3 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie zmienia treść § 3 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy lecz nie częściej niż 1 raz na rok licząc od dnia obowiązywania umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do wniesionych zastrzeżeń w terminie 7 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.”

Pytanie nr 4 – dot. § 3 ust. 16 Projektowanych postanowień umowy

Biorąc pod uwagę, że oferowany asortyment jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany przedmiot etykiet handlowych w języku polskim? Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974) art. 12 ust. 1 „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików ma etykiety, instrukcje używania i interfejs użytkownika w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, w języku polskim albo przetłumaczone na język polski” oraz ust. 4 „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane w Pakiecie 1 wyroby posiadały etykiety, zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym, w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 – dot. § 3 ust. 18 Projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyki odczynników (komplet), instrukcji technicznych w języku polskim wraz z pierwszą dostawą w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać potrzebne dokumenty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dot. Załącznika 1A do SWZ, Pakiet 1, Część A – dostawa, Tabela 1 – Lp. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie odczynnika w opakowaniu wykonanym z tworzywa sztucznego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie