



Wrocław, dnia 17.11.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-127/2023

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na Dostawę Kasety szkieł próbnych, stolika do instrumentowania, wózka 2- półkowego

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania 1 – kasety szkieł próbnych

Prosimy o doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. „3 oprawy cylindrowo znaczone kolorem”.

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli „cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkłe”? Prosimy o dopuszczenie powyższego, pozostałe parametry bez zmian.

Odp, Nastąpiła omyłka pisarska ma być cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkłe.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszenia i Zamówień Publicznych

Różana Kamora