



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

O-RSK.SZP.68.7.(APT-MI/29).22.K.K

Poznań, dnia 13 października 2022 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych**” nr ref. **SZP/APT-MI/29/22**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania w **Części nr 4 poz. 1** wyłącznie płytek z otworami neutralnymi i kompresyjnymi, dopuści możliwość zaoferowania w **poz. 2b** wkrętów korowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Części nr 4 odstąpi od wymogu użyczenia napędów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów Zamawiający uzupełni treść umowy w § 5: Zwłoka w zapłacie należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw chyba, że zwłoka w zapłacie należności przekracza 60 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dokonuje zmian projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1) – 3):

- 1) 0,2 % wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień opóźnienia w jej dostawie, nie mniej jednak niż 20,00 zł;
- 2) 0,5 % wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 30,00 zł;
- 3) 50,00 zł za każdy dzień braku dostępności kompletnego instrumentarium lub napędów ortopedycznych, w ilościach określonych odpowiednio w § 4 ust. 1 i 3 umowy;
- 4) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 5 ust. 5 lit. a) umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 5) 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych § 2 ust. 7;
- 6) 10,00 zł, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu faktury VAT z tytułu zamawianych wyrobów lecz nie więcej niż 100,00 zł?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dokonuje zmian projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 13

Dotyczy rozdziału XI pkt. 1 SWZ

Czy Zamawiający dopuści złożenie razem z ofertą katalogów wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora produktów na terenie Polski?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – część 1

Czy Zamawiający może określić wymaganą jednostkę miary w kolumnie „ilość”?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymaganą jednostką miary w kolumnie „ilość” są sztuki.

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ – część nr 2 - pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu a 1 szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, Załącznik nr 2 to „Formularz Oferty”. Pytanie powinno dotyczyć załącznika nr 1 „Formularza asortymentowo-cenowego”. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ – części 1 i 2 - §3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia „banku implantów” do 48h od dnia przesłania przez Zamawiającego protokołu zużycia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ – części 1 §4 ust. 4 oraz część 2 §4 ust. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia wymaganego instrumentarium oraz napędów ortopedycznych w kontenerach producenta - dedykowanych do oferowanego asortymentu, nie zawierających filtrów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ – części 1 i 2 §8 ust. 1 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 100 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w §2 ust. 7?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ – części 1 i 2 - §3

W związku z wymogiem dotyczącym utworzenia depozytu na terenie Szpitala zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisów precyzujący warunki utworzenia depozytu. Poniżej przykładowe zapisy:

1.Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:

2.Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

3.Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

4.W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

5.W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

6.Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW.

7.Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plombki.

8.W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

9.Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

10.Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

11.Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

12.Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

13.Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności.

14. Firma użyła instrumentarium dotyczy Pakiet nr-, o wartości rynkowej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 20 dotyczy Projektu umowy

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację Projektowanych Postanowień Umowy poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących odpowiedzialności za wyroby medyczne.

Pytanie nr 21 dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie w komis 1 kompletu instrumentarium wraz z kompletem płyt we wszystkich dostępnych kątach czyli 90, 100, 110, 130, 140, 150? Komis wszystkich rozmiarów jest niezmiernie kosztowny a ilość roczna zabiegów i ich częstotliwość nie wskazuje na potrzebę komisów dwóch zestawów.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22 dotyczy części 4, 5, 6

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie jednego napędu w przypadku wygrania przez Oferenta jednej lub więcej części?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23 dotyczy części nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śrub ze skokiem co 4 mm czyli 16, 20, 24, 28, 32, 36mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 24 dotyczy części nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śrub niskoprofilowych ze skokiem co 4 mm czyli 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Dokument podpisany elektronicznie

Opracował: K. Kubiak

1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania/aa.