

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE*****Defibrylator AED treningowy.***

1. Przedmiot zamówienia: *urządzenia medyczne*
2. Marka i typ urządzenia: Defibrylator typ AED Treningowy.
3. Kod CPV: 33100000-1
4. Wymagania techniczne:

System do nauki defibrylacji półautomatycznej.

- Urządzenie do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
- Urządzenie posiada 4 scenariusze szkoleniowe.
- Komendy głosowe, tekstowe, piktogramy wskazują kolejne czynności ratownicze algorytmu postępowania.
- Analiza zaburzeń rytmu serca: wykrywanie rytmów wskazanych do defibrylacji, gotowość do defibrylacji sygnalizowana wskaźnikiem.
- Defibrylator posiada min. 4 zaprogramowane gotowe scenariusze pracy, pozwala też na stworzenia własnego, można nim sterować m. in. za pomocą bezprzewodowego pilota dołączonego do zestawu.
- Defibrylator może być używany z każdym rodzajem manekina.

Zestaw zawiera:

- defibrylator treningowy + baterie.
  - pilot zdalnego sterowania z bateriami
  - elektrodę treningową (wyposażona w czujnik głębokości i tempa ucisku) jeden zestaw podkładek żelowych wielokrotnego użytku do elektrody treningowej.
  - instrukcję obsługi w języku polskim
  - dowód urządzenia/paszport techniczny (zawierający informację o wyposażeniu urządzenia).
5. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych: nie dotyczy
  6. Wymagania co do oceny zgodności wyrobu: nie dotyczy
  7. Wymagania dotyczące jakości wyrobu:
    - 7.1. Wyrób oznaczony znakiem CE.
  8. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania (obsługi).
    - 8.1. Wyroby powinny być kategorii pierwszej, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r.
    - 8.2. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, załączyć autoryzację producenta oraz wykaz punktów serwisowych.
    - 8.3. Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglądów serwisowych wliczone w cenę oferty- JEŻELI PRODUCENT TEGO WYMAGA.

- 8.4. Czas naprawy na terenie Polski- 7 dni roboczych.
9. Wymagania dotyczące kodyfikacji:
- 9.1. Przedmiot zamówienia wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System)
- 9.2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do:
- 9.2.1. Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobu wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców
- 9.2.2. Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego – RN (oznaczenia wyrobu pod jakim jest on rozpoznawany przez Wykonawcę – producenta, dostawcę, podwykonawcę), Numeru Magazynowego NATO – NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub – gdy brak NCAGE – danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.
- 9.2.3. Przekazania danych, o których mowa w pkt. 9.2.1. i 9.2.2. w terminie 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.
- 9.3. Odbiorcą danych określonych w pkt. 9.2.1. i 9.2.2. w imieniu zamawiającego, będzie Polskie Biuro Kodyfikacyjne (NCB of Poland – POL NCB) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowomiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700, fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w zamówieniu są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.
10. Wymagania w zakresie dozoru technicznego: NIE DOTYCZY
11. Wymagania w zakresie metrologii: NIE DOTYCZY
12. Wymagania dotyczące ochrony środowiska :NIE DOTYCZY
13. Wymagania dotyczące uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń i certyfikatów:
14. Termin dostawy/realizacji: **40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**
15. Miejsce dostawy/realizacji: Toruń, ul. Okólna 37, bud. 97. Pom. 114 – Sekcja Medyczna
16. Wymagania lub istotne zapisy, które powinny być zawarte w zamówieniu:
- 16.1. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

STATE OF ILLINOIS  
**ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE WE-T**

12. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji  
*Kamil*

Emilia KAMIŃSKA

KIEROWNIK  
SEKCJI MEDYCZNEJ  
12. Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji  
*Kamil*