



Włocławek, dnia 13..09.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych Stron

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY - CZ. 1 .”  
Znak postępowania: DZP/ 24 /2024.

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2

Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320), zwanej dalej „uPzp”, zawiadamia wszystkie zainteresowane Strony o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku przez okres 24 miesięcy - cz. 1”; Znak sprawy: DZP/24/2024 w zakresie części nr 2, na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Uzasadnienie

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie w zakresie części nr 2. **Opaski mocujące do pulsoksymetru NONIN** obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą powstałą na skutek nieprecyzyjnego opisanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Otóż w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym tj. w załączniku nr 2.2 do SWZ, Zamawiający wymagał opasek mocujących do pulsoksymetru Nonin w dwóch rodzajach (opaski jednorazowe i opaski rzepowe). Przy czym Zamawiający nie określił jakiego rodzaju opasek oczekuje ani do jakiego pulsoksymetru mają być przeznaczone opaski. W toku postępowania wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie tej części, a konkretnie z prośbą o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanych opasek oraz o podanie modelu pulsoksymetru Nonin i typu czujnika czy ma być on dla dzieci czy dorosłych.

Ponieważ sprzęt, do którego miały być przeznaczone opaski w przedmiotowym postępowaniu jest nowo zakupionym sprzętem dotychczas nie używanym w placówce Zamawiającego, dlatego też Zamawiający nie był w stanie precyzyjnie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. W związku powyższym Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania nr 13, 14, 89 z dnia 16.05.2024r. zaznaczył,



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



iż posiada pulsoksymetr NONIN model NOX A1S, typ opasek dla dorosłych, będąc w przekonaniu, że są to informacje wystarczające dla Wykonawców składających ofertę.

W następstwie tak udzielonych odpowiedzi, w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. W toku ich badania Zamawiający powziął wątpliwość, czy zaoferowane w części nr 2 poz. 1: opaski jednorazowe oraz w poz. 2: opaski rzepowe - spełniają wymogi postawione w SWZ oraz w ww. odpowiedziach na pytania Wykonawców w zakresie ich kompatybilności z produktami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2.2 do SWZ). Wobec powyższego zwrócił się do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. W przystanej odpowiedzi Wykonawca potwierdził, że zaoferował w dwóch pozycjach jeden rodzaj opasek jednorazowych do pulsoksymetru NONIN FIX z możliwością założenia na stopę lub palec. Odpowiedź ta utwierdziła Zamawiającego w przekonaniu, że zapisy SWZ w zakresie OPZ były niejasne oraz że niejasność ta nie została usunięta w wyjaśnieniach do SWZ. **Zamawiający oczekiwał w poz. 1 opasek jednorazowych NONIN zakładanych na nadgarstek, zaś w poz. 2 opasek wielorazowych rzepowych NONIN zakładanych na nadgarstek do pulsoksymetru 3150 Wrist-OX2.** Jednakże Zamawiający nie wskazał tego wprost w opisie przedmiotu zamówienia. Okazało się, że takie uszczegółowienie OPZ ma istotny znaczenie na złożone przez wykonawców oferty. Przygotowując opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie posiadał takiej wiedzy.

Zamawiający, z uwagi na fakt, że nieprecyzyjność i niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia została zauważona już po terminie wyznaczonym na składanie ofert - nie ma możliwości jej usunięcia, bowiem wada na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny. Nieusuwalna omyłka powoduje, iż nie można dokonać poprawnej, obiektywnej oceny ofert, w efekcie, zawrzeć ważnej umowy w sprawie przedmiotowej części zamówienia publicznego. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. W powstałych okolicznościach Zamawiający nie ma możliwości naprawienia zaistniałego błędu i wyeliminowania wady w postępowaniu.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję - zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, iż unieważnia powyższe postępowanie w zakresie części nr 2, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jeśli stwierdzi, że nie jest możliwe dokonanie prawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej danego Wykonawcy i podpisania z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający błędnie skonstruował opis przedmiotu zamówienia, czym nieświadomie wprowadził dyskryminujące zapisy, uniemożliwiając tym samym złożenie





prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców.

Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającym zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu tego postępowania - zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania. Aby było to możliwe Zamawiający musi nie tylko opisać przedmiot zamówienia w specyfikacji warunków zamówienia w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości jaki produkt mogą zaoferować (przepis art. 99 ust. 1 uPzp), ale jednocześnie ten sposób opisu nie może utrudniać uczciwej konkurencji, (przepisy art. 99 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

W niniejszym przypadku naruszenie przez Zamawiającego art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp powoduje niemożliwą do usunięcia wadę postępowania, powodującą, że ze względu na wyżej wskazane naruszenie przepisów ustawy Pzp nie jest możliwe zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 2 na podstawie art. 255 ust. 6 w związku z art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, z uwagi, iż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ zawarty w SWZ opis przedmiotu zamówienia sporządzony został niezgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Pzp.

**P.O. DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku  
*mgr Dariusz Szczepański*

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kwiatkowska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

