

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57
05 – 430 Celestynów



Celestynów, dnia 30 kwietnia 2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Dostawa sprzętu szkoleniowego oraz zamrażarki” - sprawa nr WOFiTM/20/2020/PN.

Na podstawie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczące Zadania Nr 8:

Czy dopuszczają Państwo poziom hałasu poniżej 55 dB ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o poziomie hałasu poniżej 55 dB.

Pytanie nr 2

Dotyczące Zadania Nr 8:

Czy dopuszczają Państwo wymiary urządzenia 810x600x700mm (wys. x szer. x gł.) przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o wskazanych wymiarach.

Pytanie nr 3

Dotyczące terminu wykonania zamówienia dla części 1, 3, 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem opcjonalnym do 40 dni. Manekiny, fantomy, trenażery

spełniające wymagane przez Zamawiającego parametry, są produkowane poza granicami UE, co wydłuża czas potrzebny na ich sprowadzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ rozdział III Przedmiot zamówienia, pkt. 7:

Czy w związku z zapisem „Czas naprawy na terenie Polski- 7 dni roboczych” Zamawiający zamierza użytkować analizator poza granicami Polski?

Producent analizatora hematologicznego świadczy usługi autoryzowanego serwisu tylko na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił wymagania wyłącznie co do serwisu na terenie Polski.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 7:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot wyprodukowany był po 01.01.2019r.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot wyprodukowany był po 01.01.2019 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 8, Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny:

Prosimy o dodanie zapisów, że gwarancja nie obejmuje kolejnych reinstalacji analizatora i przewożenia w inne miejsce i ponownej instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, że w okresie zaoferowanego terminu gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z podajnikiem próbek?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania analizatora z podajnikiem próbek.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny, pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który do wykonania pełnego badania 5DIFF aspiruje 25 µl krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny, pkt 10 oraz pkt. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego z zewnętrznym monitorem/wyświetlaczem oraz zewnętrzną drukarką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny, pkt. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego system operacyjny zarządzający jego pracą to Windows 7?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny:

Prosimy o potwierdzenie czy analizator będzie zainstalowany jednorazowo i nie będzie wymagał reinstalacji w innych miejscach w kraju.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że analizator będzie użytkowany zgodnie z potrzebami Si Zbrojnych oraz użytkownika końcowego, które mogą ulec zmianie w trakcie eksploatacji urządzenia.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ_Analizator hematologiczny:

Czy wraz z oferowanym analizatorem hematologicznym Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników oraz materiałów kontrolnych na tzw. pakiet startowy?

Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone odczynniki posiadały termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy natomiast materiał kontrolny, dostarczany jest zgodnie z harmonogramem dostaw dostępnym na stronie www.....pl.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ, Uwagi, pkt. 3:

Czy dla asortymentu wymaganego w Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 4.6 do SIWZ, Analizator hematologiczny, Zamawiający odstąpi od wymagania szkolenia w formie audio-wizualnej na nośniku CD/DVD?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy WET w powyższym zakresie.

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznik 1.6 do Formularza ofertowego, Rozdziału XII SIWZ

Wymagania dotyczące wadium oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy:

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 6 (Analizator hematologiczny) i zadania nr 7 (Analizator hematologiczny) oraz w Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy pod zadaniem numer 6 oraz 7 pojawia się analizator hematologiczny jako opis przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch analizatorów hematologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania dwóch analizatorów hematologicznych tj. w zadaniu nr 6 (1 szt.) i w zadaniu nr 7 (1 szt.).

Pytanie nr 15

Dotyczy Rozdziału VIII SIWZ „Klauzule znakowania kodem kreskowym”, Załącznika 1.6 do Formularza ofertowego, Załącznika nr 4.6 do SIWZ, Analizator hematologiczny oraz Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt Istotne postanowienia umowy) §15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kod EAN mógł dotyczyć tylko dla jednostki głównej i wybranych elementów wyposażenia jednostki głównej (analizatora hematologicznego), czyli: podajnik, UPS oraz drukarka?

Wykonawca nie stosuje i nie posiada pewnych kodów czy symboli, wnosimy zatem o zmianę treści zapisu na poniższą:

„1. Dostarczony produkt ma być oznaczony kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1:

- 1) Wyrób handlowy detaliczny, jednostkowy: można przestawić w jednym z wymienionych kodów kreskowym: GTIN-8 (EAN-8), GTIN-13 (EAN-13), ITF-14, GS1-128 (szczególnie dla sprzętów gabarytowych), UPC-E, UPC-A.
 - 2) Jednostka logistyczna: jeżeli występuje należy przedstawić w kodzie kreskowym GS1-128 z GTIN-14 wraz z numerem SSCC (jeżeli taki numer posiada).
GLN WOFiTM 5906874944001 (IZ 410 – odbiorca).
2. Zamawiający w przypadku wątpliwości przy identyfikacji wyrobu może zwrócić się do Wykonawcy o przekazanie dodatkowych danych na temat tego wyrobu:
- 1) identyfikator GLN Wykonawcy (jeżeli taki numer posiada);
 - 2) identyfikator GLN producenta wyrobu (jeżeli taki numer posiada);
 - 3) Numer NSN (jeżeli wyrobu taki numer posiada);
 - 4) wymiary, wagę;
 - 5) symbol (numer) katalogowy.”

Jeżeli tak to prosimy o tożsamą modyfikację §15 Projektu Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ „Projekt” Istotne postanowienia umowy: §10 ust. 1 pkt 3) oraz 4):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający określa zasady naliczania kar umownych w Załączniku nr 5 do SIWZ „Projekt” Istotne postanowienia umowy: § 10 ust. 5 i 6.

Pytanie nr 17

§11 ust. 8 w związku z §18 ust. 6:

Uprzejmie prosimy o zmianę wyrażenia: „jest dzień wysłania” na: „jest dzień skutecznego doręczenia”.

Wykonawca nie ma wpływu na sytuację jeżeli pismo nie dotrze z przyczyn technicznych po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie nr 18

§13 ust. 3:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„z wyjątkiem gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi

Pytanie nr 19

§17 ust. 16:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu po zdaniu: „W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek” dodanie słowa: „zasadnymi”.

Odpowiedź:

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ „Projekt” Istotne postanowienia umowy, Załącznik nr 3 do Umowy (Protokół depozytowy), pkt 2:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie terminu poprzez dodanie zdania: „nie dłużej niż w ciągu 7 dni”.

Termin „bez zbędnej zwłoki” jest pojęciem nieostrym. Wykonawca pragnie zauważyć że termin płatności jest zależny od podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

Przedłużanie jego podpisania przez Zamawiającego może wpłynąć negatywnie na płynność finansową Wykonawcy.

Jeżeli tak to prosimy o tożsamą modyfikację §4 ust.1 pkt 8) Projektu Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość przedłużenia przedmiotu umowy o maksymalnie 14 dni. W związku z tym zmianie ulega zapis § 4 ust. 1 pkt 8) w zdaniu drugim i otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym o maksymalnie 14 dni.

Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe zamówienie gwarantowane:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie dane Wykonawca powinien podać w kolumnie nr 13 „NR ZWSI RON”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż NR ZWSI RON jest to Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON), stanowiący system informatyczny do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykonawca nie podaje tu żadnych swoich danych.

KOMENDANT

/-/ cz.p.o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ