



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-23/2022

Pleszew, dn.28.09.2022r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 - Dotyczy SWZ, Cz. IV, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 9,

Prosimy o potwierdzenie, że deklaracje zgodności, certyfikaty CE, wpisy do rejestru wymagane są tylko dla wyrobów podlegających zapisom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255).

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt12

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada kosz do automatycznego usuwania tylko zużytych kart

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści analizator wyposażony w czujnik detekcji uderzenia, który jest równoważnym rozwiązaniem, spełniającym funkcję wykrywania zakorkowanych próbek (zasygnalizowany, poprzez komunikat na ekranie analizatora, sygnał dźwiękowy oraz świetlny), uniemożliwiający wykonanie dalszego badania bez interwencji operatora?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie detekcji zakorkowanych próbek.

Pytanie 4 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora, który posiada system wykrywania wszystkich zakorkowanych próbek oraz ich odczynników, bez względu na rodzaj używanych próbek oraz rodzaj korków?

Odp.: Nie potwierdza. , Zamawiający wymaga, by analizator wykrywał zakorkowane odczynniki i próbki , które są wykorzystywane powszechnie w pracowniach serologicznych.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 5 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt22

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety oraz dyspensera pochodzących od innych producentów niż Grifols, dedykowanych do użycia w metodzie manualnej z pozostałymi urządzeniami produkcji Grifols, których oficjalnym dystrybutorem jest Grifols.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że Wykonawca gwarantuje ich coroczny przegląd i walidację.

Pytanie 6 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt28

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści kontrolę kwartalną pochodzącą z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kontrolę pochodzącą z IHiT.

Pytanie 7 - Załącznik Nr 4, Projekt umowy dzierżawy, §2, pkt 8

Prosimy o modyfikację zapisu umowy: „zapewnienie możliwości telefonicznego zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” na „zapewnienie możliwości zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez e-mail oraz telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 – 19.00”

Odp.: Dostępność serwisu zgodnie z opisem w Projekcie umowy dzierżawy paragraf 2, pkt 8 i 9. Zamawiający zgadza się na kontakt również drogą e-mail.

Pytanie 8 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt 31

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie dyspensera oraz pipet wraz z końcówkami, które są wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania, w związku z czym nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i nie posiadają deklaracji zgodności?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w sprzęt laboratoryjny.

Pytanie 9 - Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt 31

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki dedykowane do analizatora były kompatybilne z systemem back-up oraz tak samo konfekcjonowane.

Odp.: Nie zmienia się zapisów SWZ.

Pytanie 10 - Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania i wyceny w formularzu cenowym środków do dekontaminacji i konserwacji urządzenia? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie do tego celu podchlorynu sodu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i nie posiada deklaracji zgodności?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania i wyceny w formularzu cenowym środków do dekontaminacji i konserwacji urządzenia. Zamawiający dopuszcza podchloryn sodu, jeżeli producent analizatora dopuszcza ten środek i jest to zawarte w instrukcji obsługi lub potwierdza w innym piśmie.

Pytanie 11 - Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pkt6

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontroli codziennej (w ciągu 48 miesięcy) należy uwzględnić odczynniki wystarczające dla poniższych ilości badań:



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



- 1.a.a) Dla kontroli AB0, RhD wykonywanej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia: 1 raz dziennie z uwzględnieniem 2 materiałów kontrolnych:
- 2920 badań dla grupy krwi pacjenta
 - 2920 badań dla potwierdzenia grupy krwi biorcy
 - 2920 badań dla potwierdzenia grupy krwi dawcy
- 1.a.b) Dla kontroli kart grupy krwi noworodka zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 1 raz dziennie (w dniu wykonania badania) z uwzględnieniem 2 materiałów kontrolnych – 2120 badań
- 1.a.c) Dla kontroli kart do PTA zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia: 2 razy dziennie (co 12 godzin) z uwzględnieniem 2 materiałów kontrolnych – 5840 badań.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza w/w wyliczenia

Pytanie 12 - Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pkt6

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontroli codziennej Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia w formularzu cenowym dodatkowych ilości końcówek do pipet.

Odp.: Tak, Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia w/w końcówek.

Pytanie 13 - Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pkt6

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontroli codziennej Zamawiający nie wymaga wyszczególnienia roztworów czyszczących przeznaczonych do czyszczenia układu przepływowego, roztwory te Wykonawca uwzględni w formularzu cenowym w jednej pozycji biorąc pod uwagę ilości badań wraz z ilościami badań przeznaczonymi dla kontroli.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza w/w rozwiązanie.

Pytanie 14 - Dotyczy: Załącznik nr 2, Wymagania i parametry techniczne – Opis parametrów ocenianych, pkt2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc: „Konservacja aparatu tj. mycie i dezynfekcja w celu zapewnienia prawidłowego działania” ma na myśli dekontaminację i dezynfekcję urządzenia.

Odp.: Zgodnie z zapisem SWZ.

Pytanie 15 - Dotyczy: § 6 ust. 2 Załącznik nr 4 – Projekt umowy dzierżawy

Zamawiający w § 6 ust. 2 zawarł zapis:

„W przypadku nie usunięcia awarii urządzenia , w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia uszkodzonego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii”.

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że sankcja: 2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia wydaje się niewspółmierna i sprzeczna z art. 431 PZP mówiącym o obowiązku współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu poprzez alternatywne sformułowanie:

„W przypadku nie usunięcia awarii urządzenia , w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia uszkodzonego, Wykonawca



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii”.

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści zapisu zawartego w § 6 ust. 2 załącznik nr 4 – Projekt umowy dzierżawy.

Pytanie 16 - Pytanie do Umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umowy poprzez uwzględnienie w wynagrodzenia klauzuli waloryzacyjnej o treści następującej lub możliwie do niej zbliżonej. Z uwagi na znaczny okres obowiązywania umowy Wykonawca musi przewidzieć konsekwencję obecnej i zakładanej inflacji na koszty realizacji zamówienia, a w rezultacie będzie zmuszony uwzględnić to ryzyko w cenie oferty, co spowoduje uzyskanie przez Zamawiającego zawyżonych cen. Sytuacji tej można jednak uniknąć poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów waloryzacyjnych. Dlatego Proponujemy odwołanie się do możliwie obiektywnego czynnika, tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja zostałaby dokonana po 12 miesiącach od zawarcia umowy (w oparciu o comiesięcznie publikowany wskaźnik inflacji za dany miesiąc w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku), a następnie wynagrodzenie ulegałoby odpowiednim zmianom po każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

Propozycja wnioskowanej zmiany:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (dalej jako „Wskaźnik”) w następujący sposób:

1. pierwsza waloryzacja zostanie dokonana po roku obowiązywania Umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającego miesiącowi, w którym Umowa została zawarta;
2. kolejne waloryzacje będą następować corocznie w sposób opisany w pkt 1;
3. w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;
4. waloryzacja nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej zmiany, przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści faktury lub innego dokumentu podstawy obliczenia wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia;
5. w przypadku trwałego zaprzestania publikowania Wskaźnika zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS,

Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 17 - Czy w związku z sytuacją geopolityczną na świecie, zaburzonym łańcuchem dostaw i trudnościami logistycznymi, Zamawiający dopuści termin dostawy i wdrożenia analizatora, o którym mowa w pkt 4 §2 projektu umowy dzierżawy (Załącznik nr 4 do SWZ) wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 18 - Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty/dostarczonym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, a termin dostaw wynoszący 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1 §3 projektu umowy dzierżawy (Załącznik nr 4 do SWZ) będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w treści oferty?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 19 - Z uwagi na niejasności i zarzuty, które pojawiły się w związku z wymogiem, o którym mowa w pkt 18 parametrów wymaganych (granicznych) analizatora, w poprzednim unieważnionym postępowaniu (oznaczenie sprawy: Te 2300-20/2022), uprzejmie prosimy o jednoznacznie potwierdzenie, że wymóg: „Analizator wyposażony w funkcję wykrywania zakorkowanych próbek oraz odczynników (chroni to igłę przed skrzywieniem/złamaniem)” odnosi się do próbek i korków powszechnie wykorzystywanych w badaniach w pracowniach serologicznych, w tym przez Zamawiającego, a zatem powyższy wymóg nie dotyczy korków z tworzywa półprzezroczystego, tj. w szczególności półprzezroczystych czerwonych, niebieskich i fioletowych?

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczy wykrywania zakorkowanych próbek i odczynników powszechnie wykorzystywanych w badaniach w pracowniach serologicznych.

Pytanie 20 - Czy Zamawiający w ramach pkt 21 wymagań i parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) dopuści zaoferowanie analizatora w 100% wykorzystującego mikrokolumny na kartach/kasetach, poprzez otwieranie pojedynczych mikrokolumn przy pomocy specjalnego modułu dziurującego dedykowanego do każdego typu mikrokart, a następnie dozuje materiał badany przy pomocy modułu pipetującego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 21 - Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pkt 30 wymagań i parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ), Zamawiający wymaga dostępności autoryzowanego serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, polegającej na możliwości telefonicznego zgłoszenia awarii zgodnie z pkt 8 ust. 2 § 2 projektu umowy dzierżawy (Załącznik nr 4 do SWZ)?

Odp.: Zgodnie z opisem w Projekcie umowy dzierżawy.

Pytanie 22 - Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pkt 34 wymagań i parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ), Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora automatycznego, który zapewni odczyt kart/kaset wraz z archiwizacją obrazu odczytanych mikrokolumn (łącznie z kielichem reakcyjnym) w postaci kolorowych zdjęć w wysokiej rozdzielczości i możliwością powiększania każdej pojedynczej mikrokolumny w oprogramowaniu analizatora celem weryfikacji poprawności odczytu?

Odp.: Zgodnie z zapisem SWZ.

Pytanie 23 - Prosimy o potwierdzenie, że w ramach pkt 15 wymagań i parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ), Zamawiający wymaga, aby wymiana igły w analizatorze była możliwa przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu, a niezbędna kalibracja po wymianie, będzie odbywać się automatycznie poprzez wbudowany moduł kalibracyjny analizatora?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ.

Pytanie 24 - W związku z koniecznością zaoferowania manualnego systemu back-up, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie analizatora umożliwiało wprowadzanie wyników badań wykonanych metodą manualną celem ich archiwizacji w systemie?

Odp.: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 25 - W związku z koniecznością zaoferowania manualnego systemu back-up, o którym mowa w pkt 31 wymagań i parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ), prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga zaoferowania wirówki, inkubatora, pipety manualnej i dozownika od tego samego producenta co oferowany analizator oraz odczynniki celem zapewnienia walidacji metody?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, by pipeta manualna i dozownik mogły pochodzić od innego producenta pod warunkiem, że Wykonawca jest ich oficjalnym dystrybutorem i gwarantuje ich coroczny przegląd i walidację. Pipeta i dozownik muszą być dedykowane do metody manualnej.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 26 - Czy zamawiający w ramach pkt 2 parametrów ocenianych, tj. „Konserwacja aparatu tj. mycie i dezynfekcja w celu zapewnienia prawidłowego działania aparatu potwierdzone w instrukcji urządzenia” Zamawiający uzna za równoważne i przyzna 10 punktów w przypadku, gdy konserwacja będzie wykonywana raz w tygodniu o łącznym czasie nie przekraczającym 80 minut w skali miesiąca (pojedyncza konserwacja nie dłuższa niż 20 minut) co potwierdza instrukcja obsługi urządzenia?

Pragniemy podkreślić, że dostępne na rynku inne systemy mikrokolumnowe, wymagające konserwacji aparatu nie częściej niż 1x w miesiącu są zdecydowanie bardziej czasochłonne. Konserwacja wykonywana 1x w miesiącu trwa faktycznie dłużej (nie mniej niż 120 minut) niż 4 czynności wykonywane w odstępach tygodniowych w proponowanym przez nas rozwiązaniu. Tym samym łączna przerwa w ciągłości pracy analizatora w proponowanym przez nas rozwiązaniu równoważnym jest zdecydowanie krótsza niż czas konserwacji 1x w miesiącu, który jest dodatkowo punktowany przez Zamawiającego. Wyrażając zgodę na proponowane rozwiązanie równoważne, Zamawiający uzyska oczekiwany efekt, czyli ograniczenie czynności konserwujących do minimum oraz jak najkrótszy czas przestoju urządzenia w skali miesiąca co ma niebagatelne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa pacjentów w przypadku konieczności wykonania badań w trybie pilnym. Dodatkowo Zamawiający zyskuje bardziej bezpieczne i stabilne mikrobiologicznie/wirusologicznie rozwiązanie technologiczne układu hydraulicznego, co w przypadku obecnej sytuacji związanej z COVID-19 pozytywnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pracowni serologii.

W przypadku podtrzymania zapisów SWZ, uprzejmie prosimy o uzasadnienie decyzji, braku przyznania punktów rozwiązaniu co najmniej równie korzystnemu, a przy tym zdecydowanie mniej czasochłonnemu. Uzysk Zamawiającego to co najmniej 1580 minut / 4 lata, co odpowiada ponad 26 godzinom przestoju maszyny i braku możliwości wykonywania badań w tym czasie przy punktowanym rozwiązaniu z konserwacją 1x w miesiącu w porównaniu do proponowanego rozwiązania.

Odp.: Nie zmienia się zapisów SWZ. W p. 2 parametrów ocenianych, istotna jest częstotliwość konserwacji w ciągu miesiąca a nie jej czas.

Jednocześnie działając na podstawie art., 137 ust 1 ustawy PZP Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulegają kryteria wyboru oferty określone w rozdziale XIII. Rozdział ten otrzymuje następujące brzmienie:

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Symbol kryterium
1	Cena	90%	C
2	Wybrane parametry techniczne	10%	J

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

$$C_n = C_{\min}/C_x * 90$$

gdzie: C_n – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”

C_{\min} – cena najtańszej oferty

C_x – cena badanej oferty



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



$$J_n = J_x / J_{max} * 10$$

gdzie: J_n – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Wybrane parametry techniczne”
 J_{max} – najwyższa liczba punktów* uzyskana przez Wykonawcę
 J_x – liczba punktów* uzyskana przez badanego Wykonawcę

* – przez „liczbę punktów” Zamawiający rozumie sumę uzyskaną w wyniku analizy wypełnionej tabeli znajdującej się w Formularzu cenowym.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym Formularzu oferty i Formularzu cenowym, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
- Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

- Paragraf 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9.

Zmiany do umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- Nie wyłączając ani nie ograniczając i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także:
 - w kontekście parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych asortymentu objętego przedmiotem umowy w następujących sytuacjach:
 - w sytuacji, gdy powstała możliwość dostarczenia Zamawiającemu asortymentu opartego na nowocześniejszych i korzystniejszych rozwiązaniach technologicznych i jakościowych,
 - w sytuacji konieczności dostosowania asortymentu objętego przedmiotem umowy do aktualnych na dzień zmiany umowy rozwiązań technicznych i jakościowych ze względu na zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - w sytuacji wstrzymania, wycofania lub zakończenia produkcji danego asortymentu objętego przedmiotem umowy – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników (wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie produkcji będzie udokumentowane przez Wykonawcę w postaci pisemnego oświadczenia producenta),
 - w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



e) w sytuacji wyczerpania ilości danego asortymentu w trakcie obowiązywania umowy – w takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia;

2) w kontekście terminu obowiązywania umowy w następujących sytuacjach:

a) w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu, których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;

b) w sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu niedopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności,

c) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

d) w przypadku niewykorzystania ilościowego asortymentu objętego przedmiotem umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający dopuszcza przedłużenie niniejszej umowy, jednak nie dłużej, niż o 6 miesięcy;

3) w kontekście zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. a) z chwilą wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, Wykonawca składając faktury uwzględnia zmienioną stawkę VAT, zakładając, że ceny netto pozostają bez zmian.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. b) Wykonawca w terminie do 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złoży do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie wynikają ze zmienionych przepisów prawa. Zamawiający w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dowodów Strony uzgodnią wysokość zmiany wynagrodzenia.

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. c) Wykonawca w terminie do 30 dni złoży pisemny wniosek o zmianę umowy w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację cen. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c). Zamawiający w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dowodów Strony uzgodnią wysokość zmiany wynagrodzenia.

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. d) Wykonawca w terminie do 30 dni złoży pisemny wniosek o zmianę umowy w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



na kalkulację cen. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d). Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dowodów Strony uzgodnią wysokość wynagrodzenia.

7. Po zaakceptowaniu wniosków i uzgodnieniu wysokości zmian wynagrodzenia Strony podpiszą aneks do umowy.

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

10. Zamawiający zastrzega, że wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianą stanu prawnego, może dotyczyć tylko przepisów prawa, które nie były opublikowane w dacie składania oferty.

11. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania:

- 1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem;
- 2) podpisanie aneksu do umowy.

12. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
- 2) danych teleadresowych;
- 3) danych rejestrowych;"

W związku z wprowadzonymi zamianami przedłuża się termin składania ofert do dnia 05.10.2022r. godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10:10.

Wykonawca pozostanie związany ofertą do dnia 03.11.2022 r.

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Górczyński

Sporządziła:
Aleksandra Prażucha