

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 26.11.2020r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-61/20

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Dostawa: zestaw do założenia przetoki nerkowej i nadłonowej, igła do nefrotomii, igła automatyczna do biopsji, cewnik Tiemanna, zestaw do szynowania moczowodów, igły lokalizacyjne, igły półautomatyczne do biopsji, Jednorazowe butelki do karmienia niemowląt, Sprzęt do leczenia wodogłowia, Zestaw do zamknięcia czaszki” - Zp/64/PN-61/20**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu 11 poz.1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z wymaganiami SIWZ, tak jak obecnie dostarczane do Państwa placówki.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że oczekuje produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne.**

**Pytanie 2. Dotyczy pakietu 11 poz.1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje produktów pojedynczo pakowanych tak jak opisane w SIWZ. Sposób pakowania ma bardzo duże znaczenie, z uwagi na fakt wydawania produktów oddziałom szpitalnym lub matkom karmiącym w pojedynczych opakowaniach. W przypadku niepełnych opakowań pozostałe produkty nadają się tylko do utylizacji z powodu rozsterylizowania i utraty wymaganej czystości produktu.

**Odp. Zamawiający oczekuje produktów pojedynczo pakowanych zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie 3. Dotyczy pakietu 11 poz.1**


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje butelek pakowanych w opakowania typu papier – folia z informacją umieszczoną na opakowaniu potwierdzającą sterylność produktu (Np. JAŁOWE, STERYLNE lub STERILE). Z naszej wiedzy wynika, że powyższy wymóg jest zgodny z powszechnie stosowanym standardem, który jest ogólnie dostępny i nie stanowi parametru blokującego, ponieważ wszyscy producenci produkujący produkty sterylne dokładają należytych starań by produkt sterylny był właściwie, czytelnie, jednolicie oznakowany niezależnie czy to jest strzykawka, igła, cewnik czy butelka do karmienia.

**Odp. Zamawiający w opakowaniach papier – folia oraz potwierdzenie sterylności produktu na Opakowaniu.**

**Pytanie 4. Dotyczy pakietu 11 poz.1**

Prosimy o potwierdzenie, że dla Zamawiającego produkt sterylny to produkt poddany sterylizacji. W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanego produktu Zamawiający będzie żądał raportu z walidacji produktu.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że dla Zamawiającego produkt sterylny to produkt poddany sterylizacji. W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanego produktu Zamawiający będzie żądał raportu z walidacji produktu.**



#### **Pytanie 5. Dotyczy pakietu 1**

*Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawów do przezskórnej nefrostomii w składzie:*

- cewnik wykonany z silikonu, z zintegrowanym balonem, linia pozycyjna widoczna w RTG, końcówka cewnika widoczna w USG, cewnik znakowany;
- igła punkcyjna dwuczęściowa, ze stali medycznej, średnica 18G, długość 20cm, widoczna w USG;
- prowadnica typu Lunderquista średnica 0,035" (0,025" dla cewnika CH10), długość 80 cm, pokryta teflonem, sztywna z giętką końcówką typu J;
- rozszerzadła atraumatyczne, widoczne w RTG, długość 18cm:
  - Dla rozmiaru CH 10 – rozszerzadła CH 10 oraz CH12 (CH 12 z koszulką)
  - Dla rozmiaru CH 12- rozszerzadła CH10 oraz CH14 (CH 14 z koszulką).
- zatyczka stopniowana.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Oferowany zestaw używany jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Zamawiający wymaga zestaw z jednym wkluciem bez rozszerzadeł.**

#### **Pytanie 6. Dotyczy pakietu 4**

*Prosimy o dopuszczenie igły automatycznej do biopsji gruczołu krokowego w rozmiarze 18G, dł. 200 mm, o dł. pobieranego bioptatu 20mm, igły ze znacznikiem głębokości co 1 cm, ostrzem widocznym w USG, 2 niezależnymi spustami (tak jak obecnie używane).*

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 7. Dotyczy pakietu 5**

*Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawów do drenażu pęcherza moczowego w składzie:*

- cewnik wykonany z silikonu, zintegrowany balon o pojemności 5ml, cewnik znakowany dla dokładnego umiejscowienia;
- igła punkcyjna, średnica 5,6 mm, długość 12 mm, wykonana ze stali medycznej, rozrywalna;
- zatyczka stopniowana oraz skalpel ostro zakończony z plastikowym uchwytem;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 8. Dotyczy pakietu 6**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów typu „DoubleJ” w rozmiarze 4,7 CH zamiast rozmiaru 5CH. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ*

**Odp. Zamawiający po analizie próbki zestawu dopuszcza zestawy do szynowania moczowodu w rozmiarze 4,7.**

#### **Pytanie 9. Dotyczy pakietu 7**


*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów typu „DoubleJ” w rozmiarze 4,7 CH zamiast rozmiaru 5CH. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

**Odp. Zamawiający po analizie próbki zestawu dopuszcza zestawy do szynowania moczowodu w rozmiarze 4,7.**

#### **Pytanie 10. Dotyczy pakietu 9 i 10**

*Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka w określeniu długości bioptatu. Według naszej wiedzy podana długość 15 mm i 22 mm jest długością penetracji igły (wklucia) a nie długością wycinka. W związku z tym prosimy i dopuszczenie igły o długości penetracji 15mm i 22 mmm i długościami pobieranego wycinka 10 mm i 20 mm. .*

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie 11. Dotyczy pakietu 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach 4,7; 6; 7; 8.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12. Dotyczy pakietu 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarach 4,7; 6; 7.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13. Dotyczy pakietu 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9: Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 18G x 20 cm - możliwość ustawienia długości pobieranego bioptatu na 9,5 lub 19 mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Długość pobieranego bioptatu musi być większa niż 20 mm.**

**Pytanie 14. Dotyczy pakietu 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10: Igła półautomatyczna do biopsji Histopatologicznej 16G x 9 cm - możliwość ustawienia długości pobieranego bioptatu na 9,5 lub 19 mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Igła za krótka, długość pobieranego bioptatu musi być większa niż 20 mm.**

**Pytanie 15. Dotyczy pakietu 7**

Czy Zamawiający w pak. 7, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH, zgodnie z opisem:

Zestaw do szynowania moczowodów typu "Double-J" – jeden koniec zamknięty

- rozmiary: 4,8;6;7 / długość 28,30 cm

- jeden koniec zamknięty,

- widoczny w promieniach RTG,

- otwory drenujące rozmieszczone na pętlach i trzonie cewnika,

- cewnik oznakowany dla dokładnego umiejscowienia,

- popychacz standardowy do zestawu,

- przewodnik prosty, sztywny, z elastyczną końcówką-przewodnik ze stali nierdzewnej, pokryty teflonem,

- atraumatyczna pętla pęcherzowa i zacisk?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16. Dotyczy pakietu 1**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii o następującym składzie:

1- kateter typu Pigtail z łącznikiem do worka na mocz

2 - przewodnik stalowy super sztywny "J" .038" x 80 cm

3 - igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20 cm

4 - rozszerzacz (dilatator)


5 - rozszerzacz (dilatator) z rozrywaną koszulką

6 - kołnierz mocujący z opaską

7 - strzykawka - 10 ml LL

8 – skalpel

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zestaw z jednego wklucia.**



### **Pytanie 17. Dotyczy pakietu 5**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii o następującym składzie:

- 1 – kateter Pigtail 8F, 9F, 10F, 12F, 14F dł. 45 cm
- 2 – Igła z koszulką rozrywalną
- 3 – Strzykawka 10 ml LL
- 4 – Skalpel
- 5 - Kołnierz mocujący
- 6 – Opaska zaciskowa

Kateter wykonany z najwyższej jakości polieteranu silikonowego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 18. Dotyczy pakietu 6**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o następującym składzie:

1. kateter rozmiar od 4F, 4.8F, 5F, 6F, 7F, 8F typu podwójnie wygięty średnica pętli pęcherzowej: 2 cm lub 4 cm odstępy pomiędzy pętlami od 14 do 30 cm
2. zaciski
3. popychacz dł. 40 cm
4. przewodnik teflonowy

Oba końce cewnika posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 19. Dotyczy pakietu 7**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o następującym składzie:

5. kateter rozmiar od 4F, 4.8F, 5F, 6F, 7F, 8F typu podwójnie wygięty średnica pętli pęcherzowej: 2 cm lub 4 cm odstępy pomiędzy pętlami od 14 do 30 cm
6. zaciski
7. popychacz dł. 40 cm
8. przewodnik teflonowy


Oba końce cewnika posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 20. Dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskrónej nefrotomii o przekroju 10Fr; 12Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J', który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 20cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**



### **Pytanie 21. Dotyczy pakietu 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 10Fr, 12Fr i 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 22. Dotyczy wzoru umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.**

### **Pytanie 23. Dotyczy wzoru umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.**

### **Pytanie 24. Dotyczy wzoru umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- a) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**

**Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.**

### **Pytanie 25. Dotyczy pakietu 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nefrostomii z cewnikiem balonowym, z dwuczęściową igłą 18G o dł. 20cm, z łącznikiem do worka na mocz, prowadnicą Lunderquista z bezpiecznym końcem typu J w rozmiarach 8CH i 10CH.


**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 26. Dotyczy pakietu 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga dostawy zestawu zawierającego cewnik z balonem o pojemności 2,5ml, wolnym od lateksu pokrytym w końcu donerkowym hydrożelem dla ułatwienia wprowadzenia oraz prowadnicę Lunderquista z miękkim końcem typ J?

IMP 13420200008\* i IMP 13420200010\*

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



### **Pytanie 27. Dotyczy pakietu 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy igła ma posiadać dodatkowe ringi na końcu, ułatwiające widoczność w USG?

IMP ECX1820 lub RAC0\*\* liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 28. Dotyczy pakietu 5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zestawu zawierającego cewnik wykonany z silikonu o długości 50cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 28. Dotyczy pakietu 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoki nadłonowej składającego się z cewnika w rozmiarze 11 i 14 bez plastrów do mocowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 29. Dotyczy pakietu 1**

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany Zestaw do nefrostomii (przetoki nerkowej) był jedynie w rozmiarze Ch. 12 w skład którego wchodzi:

- silikonowy cewnik z balonem z **dwoma dodatkowymi otworami poniżej balonu do drenażu kielichowego**
- dwuczęściowa igła punkcyjna w rozmiarze 17,5 GA / 1,3 mm, długość igły 18,5 cm
- komplet rozszerzań (ostatnie z rozrywalną koszulką)
- przewodnik Lunderquist 0,035"/ 0,89 mm długość 90 cm
- strzykawka z 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiary: CH 10 i CH12.**

### **Pytanie 30. Dotyczy pakietu 5**

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany Zestaw do założenia przetoki nadłonowej był jedynie w rozmiarze Ch. 12 w skład którego wchodzi:

- transparentny 100% **silikonowy cewnik z balonem o długości 52,5 cm z końcówką typu "pigtail"** z sześcioma dodatkowymi owalnymi otworami rozmieszczonymi wewnątrz pętli
- balon o pojemności 5 ml
- łatwo rozrywalna kaniula/igła ze specjalnym szlifem wykonana ze stali szlachetnej o długości 12 cm, w rozmiarze Ch. 16,8/5,6
- schodkowa zatyczka cewnika ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiary: CH 10, 12 i 14.**