

Szpital Wojewódzki
im. Św. Łukasza w Tarnowie
SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów

SWLOG:271.MJ.23.1207 /2024

Tarnów dn., 04/04/2024r

Dotyczy: dostawy obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 27/03/2024 zamawiający wyjaśnia:

Zakres 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m², wykonany z włókniny PP, nie wiskozowy i zarazem przyzna za ten parametr punktację ?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Czy zamawiający dopuści czepek o parametrach jak powyżej i przyzna za te parametry punktację ?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści maski bez oznaczeń graficznych strony zewnętrznej i przyzna punktację?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zadanie 2, poz. 8

Czy zamawiający dopuści maskę bez zaworu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści min. 16 g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m², wykonany z włókniny PP, nie wiskozowy i zarazem przyzna za ten parametr punktację ?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Czy zamawiający dopuści czepek o parametrach jak powyżej i przyzna za te parametry punktację?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 4

Czy zamawiający dopuści maski bez oznaczeń graficznych strony zewnętrznej i przyzna punktację?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, poz. 5

Czy zamawiający dopuści jeden kolor - niebieski i przyzna za te parametry punktację?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 12, poz. 8-9

Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 12, poz. 8

- Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?
- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
 - o Mankiet 5 cm
 - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 12, poz. 9

- Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?
- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
 - o Mankiet 5 cm
 - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

MERCY
DZIAŁ LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tamowie
mgr Anna Czech

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie
Anna Czech

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI

Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tamowie

mgr Małgorzata Jacher