

Szp/FZ – 022/173/2022

Wrocław, dnia 15.02.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa sprzętu medycznego*”

## INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 - zad. nr 1 – wózek transportowy leżący - Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości 2160 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 2 - zad. nr 1 – wózek transportowy leżący - Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w barierki boczne z anodyzowanego aluminium?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 3 - zad. nr 1 – wózek transportowy leżący - Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją segmentu pleców do 90 st. Za pomocą dwóch sprężyn gazowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 4 - zad. nr 1 – wózek transportowy leżący - Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w pokrywę/osłonę tworzywową z specjalnie odlanymi miejscami na butlę z tlenem oraz rzeczy pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 5 - zad. nr 1 – wózek transportowy leżący - Dot. Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 4 koła jezdne o średnicy 200 mm wykonane z tworzywa z blokadą centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczone kolorystycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach.**

Pytanie nr 6 - zad. nr 1 – wózek transportowy leżący - Punkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez uchwyty na prześcieradło jednorazowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Pytanie nr 7 - zad. nr 2 – wózek transportowy - Punkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez uchwyty na prześcieradło jednorazowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka bez uchwyty na prześcieradło jednorazowe.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Bańaszak

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Romana Komora

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji

mgr Mariola Dwornikowska

