

Wyjaśnienia treści SWZ - I (Pytania i odpowiedzi)

L. dz. DZP-291-1820-457/2023

Kraków, dn. 17.04.2023 r.

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-1820/2023 pn. „**Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**” Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy Zadania nr 8 poz. 8.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatury -20°C do -40°C?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o zakresie temperatury -20°C do -40°C.

Pytanie nr 2:

Pytanie dotyczy Zadania nr 8 poz. 8.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności całkowitej 242 litrów?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności całkowitej 242 litrów pod warunkiem, że pojemność użytkowa komory będzie nie mniejsza, niż 200 litrów według wymagań Zamawiającego.

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr 3:

Pytanie dotyczy Zadania nr 8 poz. 8.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 4 wysuwane półki perforowane?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wyposażoną w 4 wysuwane półki perforowane.

Pytanie nr 4:

Pytanie dotyczy Zadania nr 10 poz. 10.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 92l netto i wymiarach wewnętrznych 435x428x630 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 92l netto i wymiarach wewnętrznych 435x428x630 mm (SzxGxW).

Pytanie nr 5:

Pytanie dotyczy Zadania nr 10 poz. 10.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 108l netto i wymiarach wewnętrznych 440x435x590 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 108l netto i wymiarach wewnętrznych 440x435x590 mm (SzxGxW).

Pytanie nr 6:

Pytanie dotyczy Zadania nr 10 poz. 10.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych (S) 490 x (G) 495 x (W) 532 mm, spełniającą wymagania pojemnościowe?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych (S) 490 x (G) 495 x (W) 532 mm, spełniającą wymagania pojemnościowe Zamawiającego.

Pytanie nr 7:**Pytanie dotyczy Zadania nr 11 poz. 11.1:**

Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali malowanej proszkowo lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej bez żadnego pokrycia z tworzywa? Nie widzimy uzasadnienia dla takiego rozwiązania i nie spotkaliśmy się nigdy z takim. Przecież takie tworzywo będzie stanowiło izolację termiczną pomiędzy komorą a rurkami parownika, co znacząco pogorszy wydajność chłodniczą zamrażarki.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z wnętrzem ze stali malowanej proszkowo lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej bez żadnego pokrycia z tworzywa.

Pytanie nr 8:**Pytanie dotyczy Zadania nr 11 poz. 11.1:**

Czy Zamawiający dopuści 2 drzwiczki wewnętrzne, ale z 4 sekcjami wewnętrznymi?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z 2 drzwiczkami wewnętrznymi.

Pytanie nr 9:**Pytanie dotyczy Zadania nr 11 poz. 11.1:**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwoma kompresorami, ale nie w układzie kaskady, a pracującymi niezależnie? Jest to nowsze rozwiązanie, zapewniające utrzymanie temperatury przynajmniej -80 st. C nawet w przypadku awarii jednego z tych kompresorów.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z dwoma kompresorami, pracującymi nie w układzie kaskady, a pracującymi niezależnie.

Pytanie nr 10:

Pytanie dotyczy Zadania nr 11 poz. 11.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 525 litrów?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 525 litrów.

Pytanie nr 11:

Pytanie dotyczy Zadania nr 11 poz. 11.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym z niepowlekannej stali nierdzewnej? Tego typu materiał nie wymaga stosowania dodatkowych powłok.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z wnętrzem wykonanym z niepowlekannej stali.

Pytanie nr 12:

Pytanie dotyczy Zadania nr 11 poz. 11.1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w najbezpieczniejszy rodzaj systemu chłodzenia, który wykorzystuje 2 kompresory działające w układach niezależnych, co umożliwi podtrzymanie bezpiecznej temperatury nawet w przypadku, gdy jedna ze sprężarek ulegnie awarii?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę, która wykorzystuje 2 kompresory działające w układach niezależnych.

Pytanie nr 13:

Pytanie dotyczy Zadania nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez podgrzewanej uszczelki drzwi?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki bez podgrzewanej uszczelki drzwi.

Pytanie nr 14:

Pytanie dotyczy Zadania nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 125 litrów?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 125 litrów pod warunkiem, że jej szerokość nie jest większa, niż 100 cm.

Pytanie nr 15:

Pytanie dotyczy Zadania nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 1042 mm, przy czym jest to wymiar uwzględniający wszystkie wystające elementy?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o szerokości zewnętrznej 1042 mm.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzielonymi przez Zamawiającego, powyższymi odpowiedziami na pytania.**

KANCLERZ

/-/ mgr Marcin Gałań

.....
(podpis)