

Numer sprawy: DZ.22.12.2023

Warszawa, 01.08.2023 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Aparatura pomiarowa – dostawa oscyloskopu dla Instytutu Łączności – PIB.**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> udzielam następujących wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia<sup>2</sup>.

#### **Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie parametru szybkość akwizycji przebiegów (waveforms) > 100 000 przebiegów/s. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop o taki szybkościach odświeżania w specjalnym trybie pobierania (fast acquisition modes - np. pamięć segmentowa), ale nie w podstawowym trybie normalnej akwizycji (normal mode - V/s)?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza oscyloskop zapewniający szybkość akwizycji przebiegów > 100 000 przebiegów/s w specjalnym trybie pobierania (fast acquisition mode).**

---

<sup>1</sup> Dalej: „ustawa Pzp”

<sup>2</sup> Dalej: „SWZ”