



Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

znak pisma: SWLOG:271.KS.112...../2021

Tarnów, dnia 14.01.2021 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja APARAT DO DIALIZOTERAPII; BRONCHOSKOP; DIATERMIA CHIRURGICZNA Zamówienie udzielane jest w ramach projektu: Projekt pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny -2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie – sprawa nr 112/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2020 r. Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z następującymi parametrami różniącymi od opisu w SIWZ :

1.5. Automatyczne niezależne profilowanie ultrafiltracji, stężenia sodu, stężenia wodorowęglanu, w ramach skorelowanych ze sobą programów. Nieograniczona liczba niezależnych programów UF zapewnia bezpieczeństwo pacjenta blokując wprowadzanie i układanie błędnych programów zagrażających życiu pacjenta.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

1.15. Zasilanie wodne (ciśnienie wody wejściowej) 1,5 – 6 barów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech