

Środa Wielkopolska, dnia 06 września 2023 roku

ZP/21/23

## Wyjaśnienia i modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby diagnostyki obrazowej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.**

### I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dotyczy: część nr 1: Łóżka pediatryczne elektryczne z materacem – 10 sztuk

1. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji łóżka posiadającej cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania bardzo wysokiej stabilności?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

2. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym segment miednicy wykonany jest z płyty stalowej lakierowanej w celu zapewnienia stabilności leża?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich łóżek posiadających wydłużenie leża?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

4. Czy (w pkt. 6 i 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota bez funkcji autokontur?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym funkcje regulowane są elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym oraz centralnym panelem sterującym min.:

- regulacja wysokości,
- regulacja segmentu oparcia pleców,
- regulacja segmentu uda,
- funkcja autokontur,
- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna tylko na centralnym panelu sterującym, możliwość blokowania funkcji na centralnym panelu sterującym (zablokowanie danej funkcji na centralnym panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości 1920 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka o długości 1920 mm (+/- 10 mm).

7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej łóżka 980 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

8. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o długości 1600 mm i szerokości 850 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego wymiary leża nie będą adekwatne do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

9. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokości minimalnej leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 440 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

10. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0° do 65° (+/- 5°)?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0° do 65° (+/- 5°).

11. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu podudzia przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie od 0° do 18° (+/- 2°)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do 13° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do 15° (+/- 2°)?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do 13° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do 15° (+/- 2°).

13. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym tuleje nie są umiejscowione poza leżem za szczytami?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

14. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków obrotowych jednoosiowych?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

15. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków odbojowych o średnicy mniejszej niż 90 mm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

16. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego osłon na całej długości i szerokości łóżka?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

17. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania elektrycznego 100 – 240 V, 50 – 60 Hz?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zasilania elektrycznego 100 – 240 V, 50 – 60 Hz.

18. Czy (w pkt. 28 i 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w dzielone, tworzywowe barierki boczne o nieostrych krawędziach, o wysokości 430 mm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w dzielone, tworzywowe barierki boczne o nieostrych krawędziach, o wysokości 430 mm.

19. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poręczy opuszczanych pod leże za pomocą mechanizmu wspomaganego sprężyną gazową zabezpieczającą poręcz przed nagłym i gwałtownym opuszczeniem?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie poręczy opuszczanych pod leże za pomocą mechanizmu wspomaganego sprężyną gazową zabezpieczającą poręcz przed nagłym i gwałtownym opuszczeniem.

20. Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poręczy dzielonych w stosunku ok. 60/40, długość poręczy w części plecowej 1006 mm, długość poręczy w części nożnej 719 mm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez tworzywowych pojemników opisanych w pkt. 35 – 37?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

22. Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca odpornego na sterylizację w autoklawie 120°C (zamiast odpornego na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C)?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca odpornego na sterylizację w autoklawie 120°C (zamiast odpornego na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C).

23. Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca odpornego na prasowanie do 150°C?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokrowca odpornego na prasowanie do 150°C.

Dotyczy: część nr 3: Łóżka szpitalne elektryczne z materacem i stolikiem przyłóżkowym – 20 sztuk  
Łóżka szpitalne elektryczne z materacem

24. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2220 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

25. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 2000 x 850 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego wymiary leża nie będą adekwatne do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

26. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym nie ma konieczności stosowania w tulejach tworzywowych wkładów?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym nie ma konieczności stosowania w tulejach tworzywowych wkładów.

27. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wymiary podstawy adekwatne do konstrukcji łóżka dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym położeniu (bez konieczności podawania konkretnych wymiarów w cm)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

28. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

29. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pleców 66° (+/- 5°)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

30. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu podudzia regulowanego mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie segmentu podudzia regulowanego mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej.

31. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 15° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga 0° – 18° (+/- 2°)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

32. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych.

33. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje dostępne dla pacjenta (regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur) oraz funkcje dostępne dla personelu (regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacja pozycji wyjściowej dostępna za pomocą jednego przycisku, regulacja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem ostrzegawczym) z możliwością blokady, diody LED informujące o zablokowanej funkcji?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje dostępne dla pacjenta (regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur) oraz funkcje dostępne dla personelu (regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacja pozycji wyjściowej dostępna za pomocą jednego

przycisku, regulacja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem ostrzegawczym) z możliwością blokady, diody LED informujące o zablokowanej funkcji.

34. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR? W oferowanym łóżku dźwignia manualnej funkcji CPR segmentu oparcia pleców jest w kolorze pomarańczowym (łatwo widocznym) i nie ma konieczności, aby na pilocie była dodatkowa informacja o jej lokalizacji.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

35. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 110 – 220 V, 50 - 60 Hz?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 110 – 220 V, 50 - 60 Hz.

36. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przewód zasilający skręcany rozciągliwy oraz uchwyt do zawieszania przewodu znajdujący się pod szczytem od strony głowy?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przewód zasilający skręcany rozciągliwy oraz uchwyt do zawieszania przewodu znajdujący się pod szczytem od strony głowy.

37. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego.

38. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w jeden akumulator o wysokiej wydajności?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w jeden akumulator o wysokiej wydajności.

39. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IP66?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IP66.

40. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, segmenty ruchome wypełnione płytami HPL, po jednej płycie na każdy segment, płyty gładkie, łatwo demontowalne, nadające się do dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem (płyty nie posiadające na powierzchni wytłoczonej informacji graficznej informującej o kierunku montażu płyt), segment miednicy stalowy, zamocowany na stałe w celu zapewnienia stabilności leża np. podczas reanimacji?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

41. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone 4 ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone 4 ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca.

42. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a segmenty ruchome leża wykonane z płyt HPL?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

43. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego konstrukcję nośną w postaci ramion wznoszących, leże podparte w 4 pkt., ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju 50 mm x 30 mm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

44. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4, w segmencie pleców 12 cm, w segmencie uda 4,5 cm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję



profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4, w segmencie pleców 12 cm, w segmencie uda 4,5 cm.

45. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system jednoczesnego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system jednoczesnego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.

46. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem, blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

47. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego barijerki boczne metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, składające się z czterech okrągłych poprzeczek, wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego barijerki boczne metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, składające się z czterech okrągłych poprzeczek, wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu.

48. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac posiadający pokrowiec odpinany 90°?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

49. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wysokości 120 mm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

50. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac typu gofer posiadający nacięcia na całej powierzchni dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

Dotyczy: część nr 3: Łóżka szpitalne elektryczne z materacem i stolikiem przyłóżkowym – 20 sztuk  
Stoliki przyłóżkowe

51. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej szkielet / konstrukcję wykonana ze stała lakierowanej proszkowo oraz płyt HPL?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej szkielet / konstrukcję wykonana ze stała lakierowanej proszkowo oraz płyt HPL.

52. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych szafki:

- wysokość 81 cm
- głębokość 36 cm
- szerokość 45 cm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

53. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej szafkę zamykaną drzwiczkami (zamiast drugiej szuflady)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

54. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki bez półki na basen?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

55. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki, w której relingi do przetaczania szafki mogą służyć jako relingi na ręcznik?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafki, w której relingi do przetaczania szafki mogą służyć jako relingi na ręcznik.

56. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki bez tworzywowego wkładu w szufladzie?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

57. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie frontów szuflady i drzwiczek z HPL?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

58. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki, w której blat górny posiada dwa podniesione boki chroniące przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz dwa relingi do przetaczania szafki?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafki, w której blat górny posiada dwa podniesione boki chroniące przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz dwa relingi do przetaczania szafki.

## II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Zamawiający informuje Wykonawców o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Dział X. Termin związania ofertą Specyfikacji w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 października 2023 roku

2) Dział XVI. Sposób oraz termin składania ofert Specyfikacji w punkcie 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11 września 2023 roku do godziny 11:00.

3) Dział XVII. Termin otwarcia ofert Specyfikacji w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2023 roku, o godzinie 11:30.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający wskazuje, że tam gdzie zostały dopuszczone rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców, uzupełniając wykaz parametrów technicznych Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że jest to rozwiązanie dopuszczone do zaoferowania w wyniku dokonanych wyjaśnień.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu