

Tarnów, dnia 08.04.2020r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1585 /20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 dot.: Zakres 118**

Czy zamawiający dopuści następujące rozmiary cewników:

Poz. 1 - 11,5Fr długość: 13,5cm, 16cm, 19,5cm i 24cm

Poz. 2 - 11,5Fr długość 24cm Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 2 dot.: Zakres 60**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane zastawki były zintegrowane na stałe z zaworem antysyfonowym? Czy Zamawiający wymaga aby zintegrowany z zastawką mechanizm antysyfonowy był typu rozwieranego - otwiera się po wystąpieniu nadciśnienia wewnątrzkomorowego. Mechanizm ten, współpracujący z zastawką membranową, ogranicza do minimum ponadnormatywny drenaż, działając na zasadzie dźwigni hydrodynamicznej. Czy Zamawiający wymaga aby zastawki zawierały nakłuwalny strzykawką zbiornik kopułkowy i zaciski do selektywnego przepłukiwania? Czy Zamawiający wymaga aby zastawki nie zawierały części metalowych i były wykonywane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego – co przyczynia się do ograniczenia efektu utykania i odkształcania zastawki? Czy Zamawiający wymaga aby zastawki były wolne od lateksu i posiadały nieprzenikliwe wskaźniki informujące o położeniu zastawki względem cewnika/drenu? Czy Zamawiający wymaga aby zastawka posiadała długość 40 mm, szerokość 16,5 mm i wysokość 8 mm? Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zastawkowy zawierał również dreny: komorowy i otrzewnowy? Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał dren komorowy impregnowany barem o długości 23cm, średnicy wewnętrznej 1.3 mm, zewnętrznej 2.5 mm i posiadał po 8 otworów w 4 rzędach w części dystalnej, 3 markery długości – co 5 cm od końca proksymalnego i w zestawie zawierał również zacisk prostokątny i kołec ze stali nierdzewnej? Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał dren otrzewnowy o długości 120 cm, średnicy wewnętrznej 1.3 mm, zewnętrznej 2.5mm z otwartym końcem ze szczelinami w ścianie, impregnowany barem, 120 cm, 8 otworów szczelinowych w ścianie cewnika o rozstawie 90°, 2 otwory szczelinowe w ścianie cewnika o rozstawie 180° oraz 3 markery długości – w odległości 10, 20 i 30 cm od końca dystalnego?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Anna Czech