

PERFECTUS®

IGŁA DO BIOPSJI ASPIRACYJNEJ SZPIKU KOSTNEGO



- Igła została wykonana zgodnie z klasycznym i niezawodnym projektem umożliwiającym bezpieczne pobranie szpiku kostnego z talerza biodrowego oraz mostka.
- Zaostrzone w trzech płaszczyznach ostrze igły zapewnia atraumatyczne, szybkie i łatwe wejście do jamy szpikowej.
- Regulator głębokości wklucia pozwala precyzyjnie kontrolować długość igły umożliwiając pobranie szpiku z mostka oraz talerza biodrowego. Regulator może zostać usunięty jeśli wykonuje się aspirację z talerza biodrowego.
- Męskie złącze Luer Lock zapewnia precyzyjne połączenie z każdą dostępną na rynku strzykawką.
- Igła dostępna jest również w wersji transplantacyjnej z bocznymi otworami na dystalnym końcu kaniuli, co zapewnia bardziej obfitą i homogeniczną aspirację.

IGŁA DO BIOPSJI ASPIRACYJNEJ SZPIKU KOSTNEGO



1. Wyreguluj prześwit igły kręcąc pokrętkiem.
2. Powoli włóż igłę w tkankę, aż do wejścia do jamy szpikowej (o ile to możliwe igła powinna być używana pod kątem).
3. Wyciągnij mandryn.
4. Podłącz strzykawkę do igły i dokonaj aspiracji żądanej ilości szpiku kostnego.
5. Wyciągnij igłę.
6. Na końcu należy wyciągnąć wszystkie instrumenty i akcesoria zwracając szczególną uwagę na wszelki potencjalnie skażony materiał.
7. Przed wyrzuceniem nałóż z powrotem na igłę osłonki ochronne.

Po użyciu wyrzucić igłę, pozbywając się jej razem z innymi odpadami szpitalnymi, działając zgodnie z pozostającymi w mocy prawami.

Średnica
w skali
Gauga

Kolor

Długość (MM)

14	Zielony	14 020	14 030	14 035	14 040	14 045	14 050	14 055	14 060
15	Niebieski	15 020	15 030	15 035	15 040	15 045	15 050	15 055	15 060
16	Biały	16 020	16 030	16 035	16 040	16 045	16 050	16 055	16 060
18	Różowy	18 020	18 030	18 035	18 040	18 045	18 050	18 055	18 060
14	Zielony	14 065	14 070	14 075	14 080	14 085	14 090	14 095	14 100
15	Niebieski	15 065	15 070	15 075	15 080	15 085	15 090	15 095	15 100
16	Biały	16 065	16 070	16 075	16 080	16 085	16 090	16 095	16 100
18	Różowy	18 065	18 070	18 075	18 080	18 085	18 090	18 095	18 100

PERFECTUS (PS)

Wersja do eksplantacji/ transplantacji (PF)

Standardowa rękojeść: końcówka - 10

Przykładowe zamówienie:

PS 18 030-10

Nowa ergonomiczna rękojeść: końcówka -11

Przykładowe zamówienie:

PS 18 030-11

