


ETYKIETY DO PARY

KTG LS

Etykiety dwukrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem klasy 1 do sterylizacji parą wodną przeznaczone do codziennego oznaczania pakietów.



Cechy produktu :

- wskaźnik klasy 1 do sterylizacji parą wodną
- data sterylizacji
- data ważności
- numer sterylizatora
- numer cyklu
- numer operatora
- kod procesu
- metki o wymiarach około 28mm x 29mm
- kompatybilne z metkownicą typu: BLITZ, PRINTEX

Przeznaczenie:


- oznaczanie pakietów do sterylizacji parą wodną

Przechowywać:

- w suchym,
- ciemnym
- chłodnym miejscu

Kolory wskaźnika:

przed sterylizacją



po sterylizacji



ETYKIETY DO PARY

SYMBOL	KTG LS
NORMA	11140-1
KLASA	1
Opakowanie	500 etykiet / rolkę



KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI I NIETOKSYCZNOŚCI

KTG LS

Niniejszym oświadczamy, że etykiety ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną KTG-LS, spełniają wymagania normy EN ISO 11140.

Oświadczamy również, że materiały składowe produktu nie zawierają lateksu ani substancji toksycznych.

Powyższe zostało również potwierdzone przez podwykonawców i producentów materiałów bazowych.

Odnośna norma: EN ISO 11140-1 Klasa 1

Warszawa, 10-07-2014 r.

semigatsa[®]

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa, Polska

Tel./faks: 22/ 619-86-13

e-mail: semigat@semigat.pl

www.semigat.pl