

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy<sup>1</sup>: **Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.**

Siedziba Wykonawcy: **ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew woj. Mazowieckie**

REGON: **750455286** NIP: **837-10-04-367**

Wykonawca wpisany do Rejestru KRS

pod Nr **0000091385**

Telefon kontaktowy **46 8632561** fax: .....---.....e-mail: [g.grajczak@euro-centrum.pl](mailto:g.grajczak@euro-centrum.pl)

Osoba/y, które będą podpisywać umowę. **Cezariusz Wirkowski – Dyrektor Naczelny**

**Bożena Wirkowska – Dyrektor ds. Produkcji**

Osoba/osoby wpisane w dokumencie rejestracyjnym firmy uprawniona/ne do reprezentowania firmy:

**Grzegorz Grajczak – podstawa do reprezentacji – pełnomocnictwo**

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o. o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,  
Nr postępowania: **ZP/11/22**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: „**Jednorazowe artykuły medyczne**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w podziale na poszczególne Pakiety:

Pakiet Nr 4 - wartość netto: **118 800,00 zł**,

wartość brutto: **128 304,00 zł\*\***

Pakiet Nr 5 - wartość netto: **40 230,00 zł**,

wartość brutto: **43 448,40 zł\*\***

Pakiet Nr 6 - wartość netto: **4 308,00 zł**,

wartość brutto: **4 652,64 zł\*\***

Pakiet Nr 36 - wartość netto: **10 740,00 zł**,

wartość brutto: **11 599,20 zł\*\***

1. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie **do 1 dni roboczych\*\*\*** od złożenia danego zamówienia
2. Wyrażamy zgodę na termin płatności: **45 dni (45 dni/60 dni)\*\*\*\*** od dnia przedłożenia prawidłowej pod względem księgowym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
3. Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy, który jest zgodny(\*): **UWAGA: niepotrzebne skreślić**
  - z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT
  - z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością - w przypadku innych podatników

#### 4. OŚWIADCZAMY, że:

- 1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
- 2) przedmiot zamówienia dostarczymy na swój koszt i ryzyko;
- 3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
- 4) **zamierzamy / nie zamierzamy\*** powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom\*: **UWAGA: niepotrzebne skreślić**

\* niepotrzebne skreślić.

\*\* wypełnić tylko w zakresie składanej oferty.

\*\*\* wpisać termin dostawy

\*\*\*\* wpisać termin płatności

<sup>1</sup> w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

SPECJALISTA

ds. Zam. Publicznych

*Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak

Sochaczew, 23.05.2022

Lp.	Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę	Nazwa Podwykonawcy
	NIE DOTYCZY	

5) zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

6) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>3</sup>.


6. **OŚWIADCZAMY**, że wybór naszej oferty\*: **UWAGA: niepotrzebne skreślić**

**nie będzie** prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106)

~~**będzie prowadzić** u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106), wobec czego wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:~~

Lp.	Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
  
mgr Grzegorz Grajczak

\* niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>3</sup> w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).

**EURO - CENTRUM**

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

7. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko	Grzegorz Grajczak
Adres	Ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
Telefon	46 8632561
e-mail	<a href="mailto:g.grajczak@euro-centrum.pl">g.grajczak@euro-centrum.pl</a>

8. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte w pliku nr --.... pod nazwą .....**NIE DOTCZY**..... stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 r., poz. 1913, tj. ze zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

**Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajduje się w pliku pn. ....NIE DOTYCZY.....**

9. Rodzaj Wykonawcy: oświadczamy, iż należymy do następującej kategorii wykonawców:

- a) Mikroprzedsiębiorstw .....
- b) małych przedsiębiorstw ..... **X**
- c) średnich przedsiębiorstw .....
- d) jednoosobowa działalność gospodarcza .....
- e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej .....
- f) inny rodzaj .....

*(zaznaczyć właściwe – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi Zamawiający będzie przyjmował, iż Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw – Zamawiający wymaga udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie ze względu na konieczność przekazywania informacji w tym zakresie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych)*

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzejda*  
mgr Grzegorz Grajczak

**EURO - CENTRUM**  
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Pakiet Nr 4 - OBŁOŻENIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa wyrobu i nr pod którym wyrób został wpisany do Rej. Wyrobów Medycznych
1	Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z tkaniny zgodny z normą 13795. Skład zestawu: A. serweta samoprzylepna 180/200X300/320 cm, z centralnym otworem 20/30X230cm oraz torbą do zbiórki płynów 75 x 85cm B) wzmocniona serweta na stolik Mayo 80X140cm ( czerwona) – 1szt. C) ściereczka chłonna – 4szt., D) serweta chłonna dla noworodka 75/80X90cm, E) serweta wzmocniona na stolik instrumentalny 150. - 190 - 1szt F. tasma samoprzylepna 10 x 50cm.	szt	1760	67,50	8%	72,90	118 800,00	128 304,00	Zestaw do operacji cięcia cesarskiego / ZOS-25
<b>RAZEM</b>							<b>118 800,00</b>	<b>128 304,00</b>	

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzechy*  
mgr Grzegorz Grajczak

**EURO - CENTRUM**  
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Pakiet Nr 5 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W UŁOŻENIU GINEKOLOGICZNYM									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy, Producent
1	<p>Obłożenie do operacji ginekologicznych, zgodnych z normą PN-EN 13795.</p> <p>1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz połączenie drenu. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.</p> <p>1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. <b>Zaferowano sterylizację tlenkiem etylenu zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.0.2022.</b></p>	szt	900	44,70	8%	48,28	40 230,00	43 448,40	ZOS-21 / Euro-Centrum
<b>RAZEM</b>							<b>40 230,00</b>	<b>43 448,40</b>	

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Gręnoch*  
mgr Grzegorz Grajczak

**EURO - CENTRUM**  
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Pakiet Nr 6 - OBŁOŻENIA DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy, Producent
1	Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. Skład zestawu: A) serweta podstawowa 180x240cm, zintegrowana z osłonami na kończynę z otworem samoprzylepnym 20x30x20 cm, w części kroczonej otwór 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką . B) pokrowiec na stół Mayo 80x140cm .C) taśma samoprzylepna 10x50cm,D) kieszeń komorowa na ssak i koagulację 2x15x40 cm E) serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika	szt	60	71,80	8%	77,54	4 308,00	4 652,64	ZOS-26 / Euro-Centrum
<b>RAZEM</b>							4 308,00	4 652,64	

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak

**EURO - CENTRUM**  
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Pakiet Nr 36 – Piżamy, Koszule									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie na 24 m-ce	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy, Producent
1	Piżama (bluza + spodnie w gumkę lub na pasek) z włókniny SMS. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru rozm.	szt.	1 200	4,95	8%	5,35	5 940,00	6 415,20	U-1/SMS / Euro-Centrum
2	Koszulka z włókniny SMS wiązana z boku lub z tyłu. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. Rozm: M ,L, XL, XXL.	szt.	1 200	4,00	8%	4,32	4 800,00	5 184,00	U-6/SMS / Euro-Centrum
<b>RAZEM</b>							<b>10 740,00</b>	<b>11 599,20</b>	

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzejak*  
mgr Grzegorz Grzejak

**EURO - CENTRUM**  
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Nr postępowania: ZP/11/22

**Zamawiający:**

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

NIP: 7752631681, REGON: 100974785

**Wykonawca:**

Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew

NIP: 837-10-04-367, KRS: 0000091385

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Podstawa do reprezentacji – pełnomocnictwo

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**EURO - CENTRUM**  
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 tj. ze zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

**PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE**

Oświadczam/(-my), co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.\*
- ~~Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp):~~ Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze\*:  
.....

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Sochaczew, 23.05.2022

\* niepotrzebne skreślić

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzegorz Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak



**EURO - CENTRUM**

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

**Nr postępowania: ZP/11/22**

Wykonawca:

Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew

NIP: 837-10-04-367, KRS: 0000091385

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamowień Publicznych  
Podstawa do reprezentacji – pełnomocnictwo

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Jednorazowe artykuły medyczne**

oświadczam/(-my), co następuje:

Oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021, poz. 1556 tj. z późn. zm.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zobowiązujemy się do ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

Sochaczew, 23.05.2022

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzegorz Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 4, poz. 1

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** zestaw do operacji cięcia cesarskiego  
**SKŁAD, ROZMIAR:** A. serweta samoprzylepna 200X300 cm, z centralnym otworem 20X23cm oraz torbą do zbiórki płynów 75 x 85cm B) wzmocniona serweta na stolik Mayo 80X140cm ( czerwona)– 1szt. C) ściereczka chłonna – 4szt., D) serweta chłonna dla noworodka 80X90cm, E) serweta wzmocniona na stolik instrumentalny 150x190 -1szt F. taśma samoprzylepna 10 x 50cm.

<b>NR KATALOGOWY:</b>	ZOS-25		
<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa + folia PE		
<b>Gramatura:</b>	55g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym</b>	168 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym</b>	159 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym</b>	302 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym</b>	318 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Pylenie</b>	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym</b>	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym</b>	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
<b>Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)</b>	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	0,23 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
<b>Łatwopalność</b>	Klasa 1	-----	
<b>Chłonność warstwy zewnętrznej</b>	450%	-----	
<b>Wodoodporność</b>	296 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3, sterylizacja tlenkiem etylenu
- pełnobarierowy, 2 warstwowa włóknina (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii numer ref, dane wytwórcy w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta

Sochaczew, 23.05.2022

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96 503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

SPECJALISTA  
ds. Zarz. Publicznych  
*Grzegorz Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 5, poz. 1

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** zestaw do operacji ginekologicznych i plastyki krocza  
**SKŁAD, ROZMIAR:** A) 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. B) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

<b>NR KATALOGOWY:</b>	ZOS-21		
<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa + folia PE		
<b>Gramatura:</b>	55g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym</b>	168 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym</b>	159 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym</b>	302 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym</b>	318 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Pylenie</b>	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym</b>	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym</b>	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
<b>Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)</b>	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	0,23 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
<b>Łatwopalność</b>	Klasa 1	-----	
<b>Chłonność warstwy zewnętrznej</b>	450%	-----	
<b>Wodoodporność</b>	296 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3, sterylizacja tlenkiem etylenu
- pełnobarierowy, 2 warstwowa włóknina (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii numer ref, dane wytwórcy w postaci 4 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta

Sochaczew, 23.05.2022

**EURO - CENTRUM**

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

**SPECJALISTA**  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzegorz*  
mgr Grzegorz Grajczak

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 6, poz. 1

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** zestaw do laparoskopii ginekologicznej  
**SKŁAD, ROZMIAR:** A) serweta podstawowa 180x240cm, zintegrowana z osłonami na koniczynę z otworem samoprzylepnym 20x30x20 cm, w części kroczonej otwór 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką . B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm .C) taśma samoprzylepna 10x50cm,D) kieszeń komorowa na ssak i koagulacje 2x15x40 cm E) serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika

<b>NR KATALOGOWY:</b>	ZOS-26		
<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa + folia PE		
<b>Gramatura:</b>	55g/m <sup>2</sup>	metoda badania	EN 29073-1
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym</b>	168 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym</b>	159 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym</b>	302 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym</b>	318 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Pylenie</b>	2,0 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym</b>	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym</b>	6,0 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
<b>Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)</b>	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	0,23 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
<b>Łatwopalność</b>	Klasa 1	-----	
<b>Chłonność warstwy zewnętrznej</b>	450%	-----	
<b>Wodoodporność</b>	296 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3, sterylizacja tlenkiem etylenu
- pełnobarierowy, 2 warstwowa włóknina (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii numer ref, dane wytwórcy w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta

Sochaczew, 23.05.2022

### EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

SPECJALISTA  
ds. Zarz. Publicznych  
*Grzegorz Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 36, poz. 1

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

**Producent:** EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** Ubranie chirurg. jedn. męskie – bluza + spodnie z SMS

**SKŁAD, ROZMIAR:** M, L, XL, XXL

**NR KATALOGOWY:** U-1/SMS

<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa 3warstwowej typu SMS		
<b>Gramatura:</b>	35g/m <sup>2</sup>	metoda badania	ASTM D 3776
<b>Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużne</b>	90 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozciąganie Poprzeczne</b>	40 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym</b>	200 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym</b>	200 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Pylenie</b>	2,5 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym</b>	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym</b>	2,9 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
<b>Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)</b>	2,3 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	0 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
<b>Łatwopalność</b>	Klasa 1	-----	
<b>Wodoodporność</b>	45 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- Ubranie chirurgiczne : Bluzy + Spodnie (pakowane 1 komplet w opakowanie foliowe)
- Włóknina trójwarstwowa typu SMS, antystatyczna, niepyląca, oddychająca
- Kolor niebieski

Sochaczew, 23.05.2022

### EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

SPECJALISTA  
ds. Zarząd. Publicznych  
*Grzegorz*  
mgr Grzegorz Grajczak

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Pakiet nr 36, poz. 2

## KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

**Producent:** EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** Koszula dla pacjenta wiązana z tyłu

**SKŁAD, ROZMIAR:** M, L, XL, XXL

**NR KATALOGOWY:** U-6/SMS

<b>Skład Materiału:</b>	włóknina polipropylenowa 3warstwowej typu SMS		
<b>Gramatura:</b>	35g/m <sup>2</sup>	metoda badania	ASTM D 3776
<b>Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużne</b>	90 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozciąganie Poprzeczne</b>	40 N	metoda badania	EN 29073-3
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym</b>	200 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym</b>	200 kPa	metoda badania	EN -13938-1
<b>Pylenie</b>	2,5 Log <sub>10</sub>	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym</b>	<1 Log <sub>10</sub> (cfu)	metoda badania	ISO 22612
<b>Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym</b>	2,9 I <sub>B</sub>	metoda badania	ISO 22610
<b>Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)</b>	2,3 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
<b>Czystość mikrobiologiczna</b>	0 Log <sub>10</sub> (cfu/dm <sup>2</sup> )	metoda badania	EN 11737-1
<b>Łatwopalność</b>	Klasa 1	-----	
<b>Wodoodporność</b>	45 cm H <sub>2</sub> O	metoda badania	EN 20811

### Właściwości produktu:

- Koszula pakowana w opakowanie foliowe
- Włóknina trójwarstwowa typu SMS, antystatyczna, niepyląca, oddychająca
- Kolor niebieski

Sochaczew, 23.05.2022

### EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.  
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10  
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62  
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

SPECJALISTA  
ds. Zam. Publicznych  
*Grzegorz Grajczak*  
mgr Grzegorz Grajczak