

**Załącznik Nr 2 do SWZ**  
**Formularz asortymentowo - cenowy**

Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto
Sterylizator parowy	1	273 670,00 PLN	8%, 23%	304 698,60 PLN

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametry oferowane (podać)
<b>I. WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1.	Nazwa oferowanego urządzenia	Sterylizator parowy
2.	Wykonawca/Producent	SMS sp. z o.o.
3.	Model/typ	AS 6612 WPA
4.	Numer katalogowy	
5.	Rok produkcji 2022 r.	2022r.
6.	Kraj pochodzenia	Polska

II.	WYMAGANIA TECHNICZNE	WYMAGANE	Oferowane (Podać/Opisać)
1.	Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (około 600 litrów, +/- 10%) z zapisem i wydrukiem procesów (minimalna szerokość wydruku 100mm) i rejestratorem danych.	Tak Podać	Tak, Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (605 litrów) z zapisem i wydrukiem procesów i rejestratorem danych. Drukarka panelowa umożliwia wydruk procesów na papierze o szerokości 57 mm, wbudowany rejestrator umożliwia po pobraniu danych wydruk w dowolnym formacie np. A4
2.	Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany	Tak Podać	Tak, sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany
3.	Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,	Tak Podać	Tak, konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,
4.	Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych	Tak Podać	Tak, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych
5.	Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach	Tak Podać	Tak, wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach
6.	2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy 1/2 wsadu	Tak Podać	Tak, 2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy 1/2 wsadu

7.	Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej	Tak Podać	Tak, komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej
8.	Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowo wody zdemineralizowanej	Tak Podać	Tak, wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowo wody zdemineralizowanej
9.	Automatyczny system degazacji wody zdemineralizowanej oraz automatyczny system czyszczenia	Tak Podać	Tak, automatyczny system degazacji wody zdemineralizowanej oraz automatyczny system czyszczenia
10.	Minimum 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C	Tak Podać	Tak, 19 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C
11.	Frakcjonowana próżnia wstępna	Tak Podać	Tak, frakcjonowana próżnia wstępna
12.	Program test Bowie – Dick	Tak Podać	Tak, program test Bowie – Dick
13.	Program testu szczelności	Tak Podać	Tak, program testu szczelności
14.	Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).	Tak Podać	Tak, Zaprogramowane automatyczne cykle sterylizacji, test szczelności oraz program rozgrzewający, uruchamiany jeden po drugim - przez operatora urządzenia ciśnieniowego. Zgodnie z odpowiedziami
15.	Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim	Tak Podać	Tak, komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim
16.	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia	Tak Podać	Tak, wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia
17.	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.	Tak Podać	Tak, automatyczna archiwizacja wszystkich raportów procesów we wbudowanym specjalnym urządzeniu rejestrującym i umożliwiającym przeniesienie danych do komputera. Zgodnie z odpowiedziami.
<b>III.</b>	<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>	<b>WYMAGANE</b>	<b>Oferowane (Podać/Opisać)</b>
1.	Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy	Tak Podać	Gwarancja producenta 36 m-cy od daty dostawy

2.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat	Tak Podać	Tak, wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak Podać	Tak, instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.	Tak Podać	Tak, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.
5.	Przeгляд wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy)	Tak Podać	Tak, przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (3 przeglądy)

