

Formularz asortymentowo - cenowy

Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto
Steryliczator parowy	1	270 000,00	8%	291 600,00

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametry oferowane (podać)		
I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa oferowanego urządzenia	Steryliczator parowy przelotowy CISA		
2.	Wykonawca/Producent	CISA		
3.	Model/typ	CISA P-6412H2PE		
4.	Numer katalogowy	SSSM125		
5.	Rok produkcji 2022 r.	Tak -rok produkcji 2022		
6.	Kraj pochodzenia	Włochy		

II.	WYMAGANIA TECHNICZNE	WYMAGANE	Oferowane (Podać/Opisać)
1.	Steryliczator parowy 8 jednostek wsadu (600litrów, +/-10%) około z zapisem i wydrukiem procesów (minimalna szerokość wydruku 100mm i rejestratorem danych.	Tak Podać	Tak 8 jednostek standardowych wsadu(STU), 557litrów, z zapisem i wydrukiem procesów, wydruk na zewnętrznej drukarce-szerokość wydruku 210mm i rejestratorem danych
2.	Steryliczator przelotowy do zabudowy w dwie ściany	Tak Podać	Tak Steryliczator przelotowy do zabudowy w 2 ściany
3.	Konstrukcja steryliczatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,	Tak Podać	Tak Wykonany zgodnie z normą PN EN 285
4.	Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych	Tak Podać	Tak CE 93/42/EEC
5.	Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach	Tak Podać	Tak w wyposażeniu wózek z perforowanych półkach z regulacją wysokości
6.	2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu	Tak Podać	Tak 2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu
7.	Komora, płaszcz grzewczy komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej	Tak Podać	Tak Komora, płaszcz grzewczy komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej
8.	Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowi wody zdeminielizowanej	Tak Podać	Tak Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowi wody zdeminielizowanej
9.	Automatyczny system degazacji wody zdeminielizowanej oraz automatyczny system czyszczenia	Tak Podać	Tak Automatyczny system degazacji wody zdeminielizowanej oraz automatyczny system czyszczenia
10.	Minimum 6 programów do steryliczacji w temperaturze 121°C, 134°C	Tak Podać	Tak 6 programów steryliczacyjnych i 60 użytkownika
11.	Frakcjonowana próżnia wstępna	Tak Podać	Tak Frakcjonowana próżnia wstępna
12.	Program test Bowie – Dick	Tak Podać	Tak Program test Bowie Dick
13.	Program testu szczelności	Tak Podać	Tak Program testu szczelności
14.	Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez steryliczator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).	Tak Podać	Tak Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez steryliczator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).
15.	Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim	Tak Podać	Tak Wszystkie komunikaty w tym komunikaty o błędach wyświetlane w j.polskim

16.	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia	Tak	Podać	Tak	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia
17.	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.	Tak	Podać	Tak	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora. Dodatkowo możliwość archiwizacji na nośniku PenDrive lub zewnętrznym komputerze.
III.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	WYMAGANE		Oferowane (Podać/Opisać)	
1.	Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy	Tak	Podać	Tak	40 m-cy
2.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat	Tak	Podać	Tak	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	Podać	Tak	Instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.	Tak	Podać	Tak	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.
5.	Przeгляд wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy)	Tak	Podać	Tak	zgodnie z wymaganiami producenta 2 przeglądy