

Załącznik Nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto
Sterylizator parowy	1	281 402,00 zł	8%	303 914,16 zł

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametry oferowane (podać)
I. WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Nazwa oferowanego urządzenia	Sterylizator parowy
2.	Wykonawca/Producent	Wykonawca: Klaromed Sp. z o.o./ Producent: Mediqua SRL
3.	Model/typ	STE2-8-E 8US
4.	Numer katalogowy	STE2-8-E 8US
5.	Rok produkcji 2022 r.	Rok produkcji 2022
6.	Kraj pochodzenia	Włochy

II.	WYMAGANIA TECHNICZNE	WYMAGANE	Oferowane (Podać/Opisać)
1.	Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (około 600 litrów, +/- 10%) z zapisem i wydrukiem procesów (minimalna szerokość wydruku 100mm) i rejestratorem danych.	Tak Podać	Tak. Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (557 litrów) z zapisem i wydrukiem procesów (szerokość wydruku 100mm) i rejestratorem danych.
2.	Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany	Tak Podać	Tak. Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany
3.	Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,	Tak Podać	Tak. Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285
4.	Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych	Tak Podać	Tak. Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych
5.	Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach	Tak Podać	Tak. Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach
6.	2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy 1/2 wsadu	Tak Podać	Tak. 2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy 1/2 wsadu
7.	Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej	Tak Podać	Tak. Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej
8.	Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdeminalizowanej	Tak Podać	Tak. Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdeminalizowanej
9.	Automatyczny system degazacji wody zdeminalizowanej oraz automatyczny system czyszczenia	Tak Podać	Tak. Automatyczny system degazacji wody zdeminalizowanej oraz automatyczny system czyszczenia

10.	Minimum 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C	Tak Podać	Tak. 4 programy standardowe do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C oraz nieograniczona liczba programów, które można indywidualnie dostosować.
11.	Fracjonowana próżnia wstępna	Tak Podać	Tak. Fracjonowana próżnia wstępna
12.	Program test Bowie – Dick	Tak Podać	Tak. Program test Bowie – Dick
13.	Program testu szczelności	Tak Podać	Tak. Program testu szczelności
14.	Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).	Tak Podać	Tak. Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).
15.	Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim	Tak Podać	Tak. Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim
16.	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia	Tak Podać	Tak. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia
17.	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.	Tak Podać	Tak. Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.
III.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	WYMAGANE	Oferowane (Podać/Opisać)
1.	Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy	Tak Podać	Tak. Gwarancja producenta - 36 m-cy od daty dostawy
2.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat	Tak Podać	Tak. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak Podać	Tak. Instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.	Tak Podać	Tak. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.
5.	Przeгляд wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy)	Tak Podać	Tak. Przeгляд wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (3 przeglądy)