

## Załącznik Nr 2 do SWZ

## Formularz asortymentowo - cenowy

Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto
Sterylizator parowy	1	291 550,00	8%	314 874,00
	1	5 100,00	23%	6 273,00
	<b>SUMA</b>	<b>296 650,00</b>		<b>321 147,00</b>

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametry oferowane (podać)
<b>I. WYMAGANIA OGÓLNE</b>		
1.	Nazwa oferowanego urządzenia	<b>SELECTOMAT</b>
2.	Wykonawca/Producent	BMT Medical Technology s.r.o. - MMM Group
3.	Model/typ	<b>SL 6612-2 V ED</b>
4.	Numer katalogowy	010124576
5.	Rok produkcji 2022 r.	<b>2022</b>
6.	Kraj pochodzenia	Czechy

II.	WYMAGANIA TECHNICZNE	WYMAGANE	Oferowane (Podać/Opisać)
1.	Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (około 600 litrów, +/- 10%) z zapisem i wydrukiem procesów (minimalna szerokość wydruku 100mm) i rejestratorem danych.	Tak Podać	TAK, Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (610 litrów) z zapisem i wydrukiem procesów o szerokości wydruku 104mm i rejestratorem danych.
2.	Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany	Tak Podać	TAK, Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany
3.	Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,	Tak Podać	TAK, Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,
4.	Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych	Tak Podać	TAK, Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych
5.	Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach	Tak Podać	TAK, Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach
6.	2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu	Tak Podać	TAK, 2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu
7.	Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej	Tak Podać	TAK, Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej
8.	Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdeminielizowanej	Tak Podać	TAK, Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdeminielizowanej
9.	Automatyczny system degazacji wody zdeminielizowanej oraz automatyczny system czyszczenia	Tak Podać	TAK, Automatyczny system degazacji wody zdeminielizowanej oraz automatyczny system czyszczenia
10.	Minimum 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C	Tak Podać	TAK, 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C
11.	Fracjonowana próżnia wstępna	Tak Podać	TAK, Fracjonowana próżnia wstępna
12.	Program test Bowie – Dick	Tak Podać	TAK, Program test Bowie – Dick

13.	Program testu szczelności	Tak	Podać	TAK, Program testu szczelności
14.	Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).	Tak	Podać	TAK, Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).
15.	Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim	Tak	Podać	TAK, Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim
16.	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia	Tak	Podać	TAK, Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia
17.	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.	Tak	Podać	TAK, Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42 - 20 000 cykli
<b>III.</b>	<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>	<b>WYMAGANE</b>		<b>Oferowane (Podać/Opisać)</b>
1.	Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy	Tak	Podać	TAK, Gwarancja 36 miesięcy
2.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat	Tak	Podać	TAK, Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	Podać	TAK, Instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.	Tak	Podać	TAK, Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.
5.	Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy)	Tak	Podać	TAK, Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (3 przeglądy)