

**Formularz cenowy - Zadanie nr 7 - Sprzęt do podawania kontrastu do wstrzykiwacza Accutron CT-D**

Lp.	Nazwa produktu	J.m.	Ilość	Producent i nr katalogowy	Wielkość opakowania handlowego (szt.)	Ilość opakowań handlowych konieczna do wykonania zamówienia	Cena jedn. netto opakowania handlowego	VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Zestaw wielogodzinny o gwarancji sterylności minimum 8 godzin, do dwugłowicowego automatycznego wstrzykiwacza Accutron CT-D, wytrzymałości minimum do 21barów składający się z poniższych elementów:</p> <p>1) Wkład/Strzykawka(2 szt.): Pojemność: 200 ml Objętość resztkowa: 1,5 ml 2)</p> <p>2) Systemu rurki o następujących parametrach:</p> <p><u>Strona ciśnieniowa:</u></p> <p>Średnica wewnętrzna: 2,0mm/1,5mm</p> <p>Strona CM (długość 260 mm, objętość napełnienia 0,6 ml)</p> <p>Strona NaCl (długość 460 mm, objętość napełnienia 1,3 ml)</p> <p><u>Strona ssąca:</u></p> <p>Średnica wewnętrzna: 2,7 mm</p> <p>Strona CM zielona (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml) Komora kroplowa z wężykiem</p> <p>Strona NaCl biała (długość 1000 mm, objętość napełnienia 6,2 ml)</p> <p>Komora kroplowa z ostrzem (objętość napełnienia – 10 ml)</p>	szt.	200	Medtron AG. 314626-100 (2 szt.) 314099-100 (1 szt.)	50	4	14 450,00 zł	8%	62 424,00 zł
2	Wentylowane ostrze - objętość napełniania - 0,4 mm	szt.	300	Medtron AG. 314095-100	50	6	400,00 zł	8%	2 592,00 zł
3	<p>Wężyk pacjenta z zaworem o wytrzymałości minimum 21 bar:</p> <p>Średnica wewnętrzna: 1,5 mm do 1,6 mm</p> <p>Długość: 1500 mm</p> <p>Objętość napełnienia: 2,7 ml do 3,1 mm</p>	szt.	9 000	Medtron AG. 318152-100	50	180	700,00 zł	8%	136 080,00 zł

4	Zestaw jednorazowy o wytrzymałości 21barów składający się z: 1) dwóch strzykawek o pojemności 200 ml 2) wężyka pompy: Strona ciśnieniowa: Średnica wewnętrzna 2 mm Strona CM (długość 120 mm, objętość napełnienia 0,6 ml) Strona NaCl (długość 360 mm, objętość napełnienia 1,3 ml) Strona ssąca: Średnica wewnętrzna 2,7 mm Strona CM (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml) Strona NaCl (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml) 2 x komora kroplowa z ostrzem (objętość napełnienia - każda po 10 ml) 3) wężyka pacjenta: długość 1500 mm, objętość napełnienia 2,7 ml średnica wewnętrzna 1,5 mm	szt.	180	Medtron AG. 317627-000	20	9	2 500,00 zł	8%	24 300,00 zł
Wartość razem									<b>225 396,00 zł</b>

W kolumnie nr 3 podano jednostkę miary w jakiej określono zapotrzebowanie (Ilość kol 4)

W kolumnie nr 4 podano przewidywane zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy

W kolumnie nr 5 wymagane jest podanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu

W kolumnie nr 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania handlowego (zgodnie z rejestracją)

W kolumnie nr 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań handlowych (wymienionych w kol. Nr 6) koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku

W kolumnie nr 8 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania handlowego

Wartość brutto (kolumna 10) = kolumna nr 7 x kolumna nr 8+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

Przez opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie (zgodnie z rejestracją) jakie będzie mógł zamówić.

Cena netto opakowania handlowego podana w formularzu będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.