

Formularz cenowy - zadanie nr 46

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT%	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego wykonany z chłonnego, wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego.	250	Medline International France SAS ES29641CE	Sterylny zestaw do operacji biodra	1	250,00	73,79 zł	8%	19 923,30 zł

Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego, w składzie minimum:

- a) Serweta o wymiarach min. 260 cm - 280cm x 180 cm - 240cm, z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach min. 6.5 cm - 20 cm x 90 cm - 100cm
- b) Serweta na ekran anestetyczny o wymiarach min. 240 cm - 300cm x 150 cm - 230cm - 1 szt., z dopuszczalnym wycięciem o rozm. min 45 x 65
- c) Pokrowiec na kończynę o wym. minimum 33cm -35cm x105cm- 120cm
- d) Kieszeń na ssak i koagulację lub serwetę mocującą do przewodów
- e) Minimum trzy taśmy lepne o wymiarach minimum 9 x 50cm
- f) Serweta na stolik MAYO o wymiarach min. 140 cm- 145cm x 78cm - 80 cm 1 szt
serweta o wymiarach 180cm - 200cm x
- g) 140cm - 150cm - 2 szt
- h) dwie ściereczki celulozowe.
- i) Całość owinięta w serwetę o wymiarach min. 180 cm - 190cm x 140 cm - 150cm - 1 szt., która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego
- j) Całość zapakowana w torebkę papierowo - foliową, zaopatrzoną w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą

Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) minimum 1000 mm H₂O

Gramatura minimum 55g/m² (+/- 5%)

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Dyrektywą 93/42EEC

W kolumnie 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.