

STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIE

Odczynnik IND jest używany do tworzenia koloru w testach IND, w zestawach diagnostycznych. Szczegółowy opis pracy z odczynnikiem IND jest częścią instrukcji poszczególnego zestawu.

ZASADA

Indol powstaje poprzez działanie enzymu tryptofanazy i jest wykrywany za pomocą odczynnika IND.

SKŁAD ZESTAWU

- odczynnik IND min. 18 ml (nr kat. 3002)
- ulotka informacyjna

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Do użytku w diagnostyce in vitro i kontroli mikrobiologicznej**
- **Wyłącznie do użytku profesjonalnego**
- Należy dokładnie stosować się do instrukcji!
- Wszystkie próbki i produkty inokulowane należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Należy przestrzegać tego podczas użycia.
- Przestrzegać środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed użyciem sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie używać uszkodzonych zestawów. Opakowania nadają się do recyklingu.

Zestaw zawiera 50% etanolu, jest więc klasyfikowany jako łatwopalny i szkodliwy dla zdrowia.



H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P270	Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydła.
P301+P312	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatrut lub lekarzem.
P304+P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P332+P313	W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370+P378	W PRZYPADKU POZARU: Użyć wody lub CO ₂ do gaszenia.
P403+P233+P235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

WARUNKI PRZECHEWYWANIA

Odczynnik IND przechowywać w zaciemnionym pomieszczeniu w temp. od +2 do +8°C. Data ważności jest umieszczona na każdym opakowaniu.

Ostatnia aktualizacja: 4. 8. 2017

STRESZCZENIE I WYJAŚNIENIE

Odczynnik IND jest używany do tworzenia koloru w testach IND, w zestawach diagnostycznych. Szczegółowy opis pracy z odczynnikiem IND jest częścią instrukcji poszczególnego zestawu.

ZASADA

Indol powstaje poprzez działanie enzymu tryptofanazy i jest wykrywany za pomocą odczynnika IND.

SKŁAD ZESTAWU

- odczynnik IND min. 18 ml (nr kat. 3002)
- ulotka informacyjna

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Do użytku w diagnostyce in vitro i kontroli mikrobiologicznej**
- **Wyłącznie do użytku profesjonalnego**
- Należy dokładnie stosować się do instrukcji!
- Wszystkie próbki i produkty inokulowane należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Należy przestrzegać tego podczas użycia.
- Przestrzegać środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed użyciem sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie używać uszkodzonych zestawów. Opakowania nadają się do recyklingu.

Zestaw zawiera 50% etanolu, jest więc klasyfikowany jako łatwopalny i szkodliwy dla zdrowia.



H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P270	Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydła.
P301+P312	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatrut lub lekarzem.
P304+P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P332+P313	W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370+P378	W PRZYPADKU POZARU: Użyć wody lub CO ₂ do gaszenia.
P403+P233+P235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

WARUNKI PRZECHEWYWANIA

Odczynnik IND przechowywać w zaciemnionym pomieszczeniu w temp. od +2 do +8°C. Data ważności jest umieszczona na każdym opakowaniu.

Ostatnia aktualizacja: 4. 8. 2017