

Warszawa, dnia 15 lutego 2023 r.

Zamawiający: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ul. Szymanowskiego 11, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Tytuł przetargu: **„Wykonanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” - powtórzenie**

Dotyczy: **Pakiet nr 34
respirator Elisa 600 produkcji Löwenstein Medical
respiratory Monnal T75, Osiris2, Extend XT**

Zawartość/skład zestawu przeglądowego/naprawczego – pakiet 34

Producent respiratora **Monnal T75** tj. Air Liquide Medical Systems w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany zestawu przeglądowego/naprawczego zawierającego:

- filtr HEPA,
- filtr przeciwpylowy,
- filtr wlotowy O₂,
- czujnik tlenu,
- uszczelka pod zastawkę wydechową.

Producent respiratora **Osiris 2** tj. Air Liquide Medical Systems w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany zestawu przeglądowego/naprawczego zawierającego:

- filtry gąbkowe,
- filtry wlotu powietrza, O₂,
- akumulatory wewnętrzne.

Producent respiratora **Extend XT** tj. Air Liquide Medical Systems w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany zestawu przeglądowego/naprawczego zawierającego:

- filtry przeciwpylowe,
- filtry przewodnicy końcowej filtra zaworu,
- o-ringi,
- baterie,
- cela tlenowa.



Producent respiratora **Elisa 600** tj. Löwenstein Medical w trakcie rocznego przeglądu technicznego wymaga wymiany zestawu przeglądowego/naprawczego zawierającego:

- filtry i uszczelnienia/uszczelki,
- membrany i uszczelnienia panelu zastawek,
- kalibracja czujnika O₂.