

Zadanie nr 31		AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunk owa liczba/ 12 m-cy	Jednostk a miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry: materiał monofilament polipropylenowy, plastikowa osłonka na taśmie – dla zapewnienia sterylności, w środku brak osłonki na odcinku min. 1,5cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) gramatura 48g/m<sup>2</sup> (+/- 0,02g/m<sup>2</sup>), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość – geometria romboidalna max. 1870µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/- 0,5µm), rozmiar: dł. 45Cm (+/-0,5cm), szer. 1,1cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm – do maksymalnie 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. W środkowej części taśmy 3 markery (jeden centralny na całej szerokości taśmy i dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek).*</p>	<b>Hernimaesh S.r.l. Włochy</b>	1803291989222(240)TS11-R	<b>TS11-R</b>	50	szt	750,00	37 500,00	8%	3 000,00	40 500,00
							<b>RAZEM</b>	<b>37 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 500,00</b>

Na czas trwania umowy przetargowej firma zobowiązana jest dostarczyć narzędzie do implantacji taśm (igła przezpochwowa łukowata) wielokrotnego użytku.

\* parametry zgodne z SWZ