

HELICO DRY - TEST



Nr ref: HD 001T

Szybki test ureazowy do wykrywania *Helicobacter pylori* w biopsjach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na pomarańczowo - amarantowy świadczy o możliwości występowania bakterii *Helicobacter pylori* w badanej próbce. Umożliwia ocenić stopień infekcji. Działanie testu opiera się na zdolności *Helicobacter pylori* do wytwarzania dużej ilości ureazy. Wynik można odczytać po 5, 30, 60 minutach zgodnie z barwnym pierścieniem wokół studzienki.

Łatwy w użyciu

Bez dodatku wody, ani soli fizjologicznej

Wysoka czułość

Nie daje fałszywych wyników

Okres gwarancji 2 lata od daty wyprodukowania.

Pakowany w pudełko po 50 szt.

Wykonanie testu:

Test należy przeprowadzić zaraz po pobraniu wycinków.

- otworzyć studzienkę testu, przesuując część ruchomą zgodnie ze strzałką
- nałożyć 2-3 wycinki błony śluzowej na bibułę znajdującą się w studzience testu
- wycisnąć płyn tkankowy z wycinków na bibułę tak aby zwilżył min. 50% powierzchni bibuły
- zamknąć test częścią ruchomą zgodnie ze strzałką
- odczytać wynik po 5, 30, 60 minutach zgodnie z barwnym pierścieniem wokół studzienki

Zmiana koloru krążka bibuły z żółtego poprzez różowy do amarantowego świadczy o obecności *Helicobacter pylori*. Wystąpienie zmiany barwy krążka po kilku godzinach należy traktować jako wynik negatywny.

Przechowywanie:

Test powinien być przechowywany w suchym, ciemnym miejscu w temperaturze do 40°C

Producent:

SEMTEX AB