

Zadanie nr 13											
ZESTAW OBŁOŻEN DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO, ARTROSKOPII KOLANA, CYSTOSKOPII											
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeżeli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Zestaw do operacji stawu biodrowego</p> <p>Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie):</p> <p>min. 2 taśmy przyklepne 9-10 x 50 cm</p> <p>1 osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, ze wzmocnieniem (PE+PP o gramaturze 55g/m2 + 85g/m2 -łączna gramatura 140g/m2)</p> <p>4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30-40 cm</p> <p>1 elastyczna osłona na kończynę 30-35 x 120-125 cm</p> <p>2 x przyklepna serweta 75-80 x 90-100 cm z padem chłonnym min. 25x50 cm i 2 organizatorami przewodów</p> <p>1 serweta przyklepna 180-190 x 180-190 cm z padem chłonnym min. 25x50cm i organizatorami przewodów</p> <p>1 serweta 150-160 x 240-250cm z padem chłonnym min. 25x50 cm i 2 organizatorami przewodów</p> <p>1 serweta 200-240 x 260-300 cm z wycięciem „U” 10-20x 85-100 cm z padem chłonnym min. 70 x 130 cm, organizatorami przewodów i taśmą przyklepną wokół wycięcia</p> <p>1 serweta do nakrycia stolika instrumentalnego, wzmocniona, stanowiąca opakowanie zestawu. Rozmiar serwety 140-150 x 190-200 [cm], gramatura min. 80 gr/m2</p> <p>dodatkowo - 1 bandaż elastyczny 12-15cm x 5-6m</p> <p>Serwety z materiału trzywarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeciekanie. Gramatura serwet min. 65g/m2 + pad chłonny min. 70g/m2</p> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795.</p> <p>Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych.</p> <p>Opakowanie typu folia -papier. Na opakowaniu min. 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. Numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). *Oferujemy produkt zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 24.05.2023 r.</p>	FAPOMED - DISPOSITIVOS MEDICOS SA	nie dotyczy	SET.070505	400	szt.	78,08 zł	31 232,00 zł	8%	2 498,56 zł	33 730,56 zł
2	<p>Zestaw do artroskopii kolana z torbą na płyny</p> <p>Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie):</p> <p>2 taśmy przyklepne 9-10 x 50cm</p> <p>1 osłona na stolik Mayo 78-80 x 145-146 cm, ze wzmocnieniem (PE+PP o gramaturze 55g/m2 + 85g/m2 -łączna gramatura 140g/m2)</p> <p>4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30- 40 cm</p> <p>1 elastyczna osłona na kończynę 22-30 x 75- 90 cm</p> <p>1 serweta do nakrycia stolika instrumentalnego, wzmocniona, stanowiąca opakowanie zestawu. Rozmiar serwety 140-150 x 190-200 [cm], gramatura min. 80 gr/m2</p> <p>1 serweta główna 200-230 x 300 -320 cm ,ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechowywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę -szybnik, samouszczelniający otwór o średnicy 5-7cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia ssaka.</p> <p>Serwety z materiału trzywarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, min. 70g/m2</p> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795</p> <p>Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). *Oferujemy produkt zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 24.05.2023 r.</p>	FAPOMED - DISPOSITIVOS MEDICOS SA	nie dotyczy	SET.070616	240	szt.	71,76 zł	17 222,40 zł	8%	1 377,79 zł	18 600,19 zł
3	<p>Zestaw do cystoskopii</p> <p>Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie):</p> <p>2 legginsy (osłony na kończyny) 75-80 x 120-125 cm</p> <p>1 serweta do cystoskopii 80-110 x 120-175 cm z otworem przyklepnym 9-10 x 15 cm</p> <p>1 serweta do nakrycia stolika instrumentalnego, wzmocniona, stanowiąca opakowanie zestawu. Rozmiar serwety 100-110 x 150-160 [cm], gramatura min. 80 gr/m2</p> <p>Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, gramatura min. 60g/m2.</p> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795</p> <p>Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). *Oferujemy produkt zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 24.05.2023 r.</p>	FAPOMED - DISPOSITIVOS MEDICOS SA	nie dotyczy	SET.CIS.02	960	szt.	24,91 zł	23 913,60 zł	8%	1 913,09 zł	25 826,69 zł
RAZEM								72 368,00 zł	x	x	78 157,44 zł