

Zadanie nr 6		ZESTAW DO OPERACJI ŻYŁAKÓW Z WYCIĘCIEM U									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Zestaw do operacji żyłaków z wycięciem U</p> <p>Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie):</p> <p>1 taśma przyklepna min. 9 x 50 cm</p> <p>1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm</p> <p>4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 przyklepna serweta 70-75 x 90-95 cm</p> <p>1 serweta 230-240 x 260-270 cm z wycięciem „U” 20-25 x 100 cm z padem chłonnym min. 75 x 140 cm i organizatorami przewodów</p> <p>1 przyklepna serweta 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów</p> <p>1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm</p> <p>Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy</p> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795</p> <p>Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). *Oferujemy produkt zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 24.05.2023 r.</p>	FAPOMED - DISPOSITIVOS MEDICOS SA	nie dotyczy	SET.020205	120	szt.	58,12	6 974,40	8%	557,95	7 532,35
RAZEM								6 974,40	x	x	7 532,35