

Wymagania i parametry techniczne
Zadanie nr 1

Lp.	Parametry graniczne	Parametry oferowane
1.	1 Cewnik balonowy do krioablacji	Cewnik balonowy do krioablacji
	Rozmiaryśredniczewewnętrznychnapompowanego balonu dokrioablacji dowyboru 23i28mm	Rozmiaryśredniczewewnętrznychnapompowanego balonu dokrioablacji dowyboru 23i28mm
	Średnica zewnętrzna cewnika ; 10,5F	Średnica zewnętrzna cewnika ; 10,5F
	Zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem ; 45 stopni dwustronnie	Zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem ; 45 stopni dwustronnie
	Współpracujący z konsolą umożliwiającą wykonywanie krioablacji AF	Współpracujący z konsolą umożliwiającą wykonywanie krioablacji AF
2.	Koszulka naczyniowa sterowalna	Koszulka naczyniowa sterowalna
	Rozmiar wewnętrzny 12F	Rozmiar wewnętrzny 12F
	Zakres odchylenia końcówki ; do 135 stopni jednostronnie	Zakres odchylenia końcówki ; do 135 stopni jednostronnie
	Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym poz. 1	Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym poz. 1
3.	Przewód połączeniowy gazowy do cewnika do krioablacji - kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1	Przewód połączeniowy gazowy do cewnika do krioablacji - kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1
4.	Przewód połączeniowy elektryczny - kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1	Przewód połączeniowy elektryczny - kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1
5.	Cewnik okrężny do mapowania żył płucnych	Cewnik okrężny do mapowania żył płucnych
	Średnica max. 3,3F	Średnica max. 3,3F
	Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1	Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1
	8 lub 10 elektrod na cewniku do wyboru zamawiającego	8 lub 10 elektrod na cewniku do wyboru zamawiającego
	Średnica pętli 15mm, 20mm lub 25mm	Średnica pętli 15mm, 20mm lub 25mm
8.	Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych, kompatybilny z cewnikiem okrężnym do mapowania z pozycji 5	Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych, kompatybilny z cewnikiem okrężnym do mapowania z pozycji 5
9.	Dzierżawa kriokonsoli na czas trwania umowy	Dzierżawa kriokonsoli na czas trwania umowy
	Konsola kompatybilna z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1	Konsola kompatybilna z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji 1
	Zapewnienie kompletnego wyposażenia kriokonsoli, w tym ilości gazu umożliwiającej jednorozowo przeprowadzenie co najmniej 6 zabiegów	Zapewnienie kompletnego wyposażenia kriokonsoli, w tym ilości gazu umożliwiającej jednorozowo przeprowadzenie co najmniej 6 zabiegów