

Zadanie nr 3		TEST DO KONTROLI STERYLIZATORA TYPU BOWIE & DICK										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Test do kontroli sterylizatora typu Bowie & Dick, klasa 2, zgodny z normą obowiązującą dla tego typu testu, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego, w postaci jednorazowego pakietu papierowego ze wskaźnikiem zewnętrznym i arkuszem wewnątrz do udokumentowania danych procesu, umożliwiający wyjęcie i otwarcie bezpośrednio po zakończeniu procesu	Sterimed	nie dotyczy	BD200	750	szt.	100	5,82	4 365,00	23%	1 003,95	5 368,95