

Pakiet 6Przedmiot zamówienia:: **Wirówka laboratoryjna**

NAZWA OFERENTA	„MPW MED.INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy
PRODUCENT	„MPW MED.INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy
MODEL/TYP	MPW M-DIAGNOSTIC
KRAJ POCHODZENIA	POLSKA
ROK PRODUKCJI/ wymagane fabrycznie nowe/	2023
LICZBA SZTUK	1

Lp.	Opis urządzenia (elementu wyposażenia)	Parametr wymagany	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
	Wirówka laboratoryjna cytologiczna		
1.	Zasilanie	230V 50/60Hz	Zasilanie 230V 50/60Hz
2.	Izolacja ochrony przed porażeniem elektrycznym	podstawowa	Izolacja ochrony przed porażeniem elektrycznym - podstawowa
3.	Poziom zakłóceń radioelektrycznych	PN-EN-55011	Poziom zakłóceń radioelektrycznych- PN-EN-55011
4.	Poziom hałasu	Do 52 dB	Poziom hałasu z wirnikiem 47 dB
5.	Prędkość	300 -2500 obr/min	Prędkość 90-6000 RPM
6.	Pojemność maks. cyto	4 x 2 ml	Pojemność maks. cyto 4x2ml
7.	Maks. przyspieszenie RCF	750 x g	Maks. przyspieszenie RCF 4830 x g, z wirnikiem cytologicznym 769 x g
8.	Zakres czasowy	1-99 minut	Zakres czasowy 1s-99 h 59min 59 s
9.	Praca SHORT		Praca Short
	Wyposażenie:		
10.	Wirnik horyzontalny 4 gniazda	Max rpn2500 RCF750	Wirnik horyzontalny 4 gniazda, nr kat 12452, rpm 2500rpm, rcf 769 xg
11.	Zawieszka do wkładek cyto		Zawieszka do wkładek cyto, nr kat. 13606 – 4 szt.
12.	Probówka z polipropylenu 2,2 ml z pokrywką (fi 10,8x43 mm);		Probówka z polipropylenu 2,2 ml z pokrywką (fi 10,8x43 mm);
13.	Szkiełko mikroskopowe do wkładki		Szkiełko mikroskopowe do wkładki
14.	Bibuła filtracyjna fi 9,5 mm do wkładki		Bibuła filtracyjna fi 9,5 mm do wkładki
15.	Bibuła filtracyjna fi 12,5 mm do wkładki		Bibuła filtracyjna fi 12,5 mm do wkładki
16.	Wkładka cyto kpl. do zawieszki		Wkładka cyto kpl. do zawieszki
17.	Wirnik titracyjny 2x1 płytki titracyjne	Max rpn 2500 RCF636	Wirnik titracyjny , nr kat 12218, rpm 3000, rcf 919 xg
18.	Zawieszka 85x130 mm na płytkę titracyjną		Zawieszka 85x130 mm na płytkę titracyjną ,nr kat. 13219 2 szt.
19.	Płytkę titracyjną z pokrywką (85,5x127 mm);		Płytkę titracyjną z pokrywką (zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 17.08.2023
Pozostałe wymogi			
20.	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.	TAK	TAK, Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
21.	Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.	TAK	TAK, Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.
22.	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)	TAK	TAK, Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej przy dostawie)

23.	Dostarczenie paszportu technicznego	TAK	TAK, paszport techniczny z urządzeniem
24.	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty	TAK	Tak, Dostępność części zamiennych do 10 lat od momentu złożenia oferty
25.	Wsparcie serwisowe, możliwość diagnostyki oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne	TAK/NIE	TAK, Wsparcie serwisowe, możliwość diagnostyki oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne
26.	Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz adresem email)	TAK	TAK, Bezpłatne przeglądy co 12 miesięcy w okresie gwarancji. Serwis na terenie Polski: Fabryczny „MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy t: 22 610 81 07, e-mail: service@mpw.pl Serwis najbliższej miejsca użytkowania: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Leonard Rzechowicz ul. Kopernika 29, Ostrowiec Świętokrzyski t: 606 679 728, e-mail: biuro@zns.ostrowiec.pl (zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 17.08.2023)
27.	Gwarancja minimum 24 miesiące.	TAK PODAĆ	Tak, Gwarancja 36 m-cy
28.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.	TAK PODAĆ	TAK, Deklaracje Zgodności CE , Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Świadectwo Wolnej Sprzedaży

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.
- Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).