


Filtr bakteryjno-wirusowy

ELEKTROSTATYCZNY

CZYSTY MIKROBIOLOGICZNIE

Nr kat AL-08023.V002



Parametry techniczne i cechy użytkowe

Zastosowanie	dorośli
Powierznia filtracyjna	25 cm ²
Opór przepływu	przy 30 l/min 0,5 cm H ₂ O przy 60 l/min 1,4 cm H ₂ O przy 90 l/min 2,76 cm H ₂ O
Objętość oddechowa V _T	150 - 1500 ml
Masa	21 g
Przestrzeń martwa	33 ml
Skuteczność filtracji bakteryjnej	>99,9999%
Skuteczność filtracji wirusowej	>99,999%
Złącza proste (zgodne z ISO)	22M/15F - 22F/15M
Port kapno	z koreczkiem zabezpieczającym
Czas stosowania	24 godz.
Opakowanie zbiorcze	50 szt
Opakowanie	pojedyncze folia-papier

Producent:

Meditera[®]

İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBi Yol 4 Sokak Nr 29
Tire Organize Sanayi Bölgesi 35900 Tire, İzmir, Turcja
www.meditera.com.tr

Importer i dystrybutor w Polsce:

 **Biameditek**[®]
breath of innovation

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
www.biameditek.pl biameditek@biameditek.pl
tel +48 85 66 45 200