


Filtr bakteryjno-wirusowy

ELEKTROSTATYCZNY

STERYLNY

Nr kat AL-080189.V005



Parametry techniczne i cechy użytkowe

Zastosowanie	dorośli i dzieci
Powierznia filtracyjna	25 cm ²
Opór przepływu	przy 30 l/min 0,43 cm H ₂ O przy 60 l/min 1,2 cm H ₂ O przy 90 l/min 2,5 cm H ₂ O
Objętość oddechowa V _T	150 - 1500 ml
Masa	19 g
Przestrzeń martwa	33 ml
Skuteczność filtracji bakteryjnej	>99,9999%
Skuteczność filtracji wirusowej	>99,999%
Złącza	22M/15F - 22F/15M
Port kapno	z koreczkiem stabilnie wkręcanym
Czas stosowania	24 godz.
Opakowanie zbiorcze	50 szt
Opakowanie	pojedyncze

Producent:

Meditera[®]

İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBi Yol 4 Sokak Nr 29
Tire Organize Sanayi Bölgesi 35900 Tire, İzmir, Turcja
www.meditera.com.tr

Importer i dystrybutor w Polsce:

 **Biameditek**[®]
breath of innovation

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
www.biameditek.pl biameditek@biameditek.pl
tel +48 85 66 45 200