

Wałbrzych, dnia 27.11.2024r.

DZPZ-530-Zp/83/TP/24

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do cytometrii przepływowej dla Laboratorium oraz materiałów medycznych dla oddziałów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/83/TP/24***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1 dot. pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 6 poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurki intubacyjnej wykonane z aluminium pokrytego PCV?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przewodnicy z mosiądzu.**

**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 6 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 6FR o średnicy 2,0mm, długości 310mm, dla rurek o średnicy od 2,0 do 4,0?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przewodnic w poz.1-4 o długości:**

1. O.D.– 2 – 2,2 – długość min. 230 mm
2. O.D.– 3,0 – długość min. 340 mm
3. O.D.– 4,0 – długość min. 340 mm
4. O.D.– 4,0 – długość 600 mm

**Parametry:**

- jednorazowego użytku,
- sterylne;
- pakowane pojedynczo;
- z miękkim końcem bez metalu;
- wykonane z metalu – mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej
- na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia.

**Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 6 poz. 5-6**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 10FR o średnicy 3,3mm, długości 390mm, dla rurek o średnicy od 4,5 do 6,5?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga w poz. 5 i 6 długość**

**5. O.D.– 5,0 – długość min. 370 mm**

**6. O.D.– 5,0 – długość 600 mm**

**Parametry:**

- jednorazowego użytku,
- sterylne;
- pakowane pojedynczo;
- z miękkim końcem bez metalu;
- wykonane z metalu – mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej
- na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający może orientacyjnie w okresie kwartalnym podać harmonogram oczekiwanych dostaw/zamówień.**

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 8**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o

wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 9 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 10 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem

przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Kasetki histopatologiczne standardowe z plastikową pokrywką, bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem, 120 kwadratowe otwory 2x2 mm w obu częściach kasetki, przednie pole przystosowane do opisu. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w poprzednim postępowaniu na tożsamy asortyment (Zp/63/PN/24) nie otrzymał żadnej oferty z uwagi na brak dopuszczenia powyższych kasetek. Brak dopuszczenia powyższego asortymentu może skutkować ponownym brakiem otrzymania ofert, co niepotrzebnie przedłuży procedurę podpisania umowy na dostawy towaru i spowoduje konieczność ponownego powtórzenia postępowania.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga 62 kwadratowe otwory 2x2mm w obu częściach kasetki.**

### **Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków, z plastikową pokrywką, na zawiasie, ze sprężystym zamknięciem. otwory w komorze śr. 0,35 mm jedna komora oddzielona od pozostałej części kasetki, dodatkowe otwory 1x6 mm poza komorą do przepływu odczynników i parafiny, przednie pole przystosowane do opisu. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w poprzednim postępowaniu na tożsamy asortyment (Zp/63/PN/24) nie otrzymał żadnej oferty z uwagi na brak dopuszczenia powyższych kasetek. Brak dopuszczenia powyższego asortymentu może skutkować ponownym brakiem otrzymania ofert, co niepotrzebnie przedłuży procedurę podpisania umowy na dostawy towaru i spowoduje konieczność ponownego powtórzenia postępowania.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga kasetki do bardzo drobnych wycinków bez zawiasów.**

**Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera), w skład, którego wchodzi:

- jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie
- nitinolowa (odporna na zaginania) prowadnica Seldingera typu J, umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki
- cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa
- bezpieczny skalpel
- strzykawka 10ml
- 4 gaziki
- igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową
- krótkie rozszerzadło 14Fr
- pakowany sterylnie na pojedynczej tacy

Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośnia przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. W wersji z fenestracją lub bez (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przezroczystym kołnierzem. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwi ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem (w przypadku rurki z fenestracją – dodatkowo 1 kaniula wewnętrzna z fenestracją), jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania, tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100o. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu do tracheotomii przezskórnej metodą Seldingera o parametrach:**

- **jednostopniowe rozszerzadło o kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie,**
- **prowadnica Seldingera i prowadnik,**
- **krótkie rozszerzadło 14F,**
- **cewnik wprowadzający,**
- **jednostopniowe rozszerzadło,**
- **igła 14G i kaniula,**
- **rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem posiadająca**

samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera,

- stożkowy przewodnik rurki z uchwytem,
- 2 kaniule wewnętrzne do rurki,
- opaska do rurki,
- szczoteczka,
- jałowy żel poślizgowy,
- skalpel,
- zestaw pakowany na podwójnej tacy z serwetą,
- rozmiary rurek 7,0 ; 8,0 ; 9,0 do wyboru przez Zamawiającego

#### **Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 2**

Dotyczy Pakietu nr 2 – potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pakietu nr 2 na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna dwie dostawy odczynników. Zgodnie z aktualnym zapisem Zamawiający wymaga wykazania się dostawami produktów do pielęgnacji ciała.

**Odp. Tak. Zamawiający dokona zmiany SWZ.**

#### **Pytanie nr 15 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, par. 2 ust. 7 (karty charakterystyki)

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie kart charakterystyki wystarczające będzie przekazanie Zamawiającemu adresu strony internetowej, z której będzie mógł samodzielnie pobrać wymaganą dokumentację w j. polskim 24h/7 dni w tygodniu. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o możliwość dostarczenia kart charakterystyki wyłącznie drogą mailową. Ze względu na politykę korporacyjną nie mamy możliwości zgrania dokumentów na nośniki typu CD czy pendrive.

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie adresu strony internetowej z której będzie mógł samodzielnie pobrać wymaganą dokumentację.**

#### **Pytanie nr 16 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, par. 2 ust. 7 (metodyki)

Ze względu na bardzo dużą ilość pozycji prosimy o odstąpienie od konieczności przekazania metodyk wykonywania badań w formie wydruku (dla każdej pozycji kilkanaście stron wydruku), w zamian za udostępnienie strony internetowej producenta, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać IFU dla produktów IVD w j. polskim oraz TDS dla produktów nie IVD w j. angielskim, w przypadku braku zgody prosimy o możliwość przekazania tej dokumentacji w formacie pdf. drogą mailową w terminie pierwszej dostawy. Ze względu na politykę korporacyjną nie mamy możliwości zgrania dokumentów na nośniki typu CD czy pendrive

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie adresu strony internetowej z której będzie mógł samodzielnie pobrać wymaganą dokumentację.**

#### **Pytanie nr 17 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, §2 ust. 14

Prosimy o dodanie do istniejącego zapisu zastrzeżenia:

„..... w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę”

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 18 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, §6 ust. 1.3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku nie przedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 5 pkt 1 do 100 zł za każdy przypadek

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 19 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, §6 ust. 1.4)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych, z 20% do 10% wartości umowy pozostałej do realizacji

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 20 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, §6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy brutto.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 21 dot. projektu umowy**

Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 2, §7 ust. 1.2)

Prosimy o zmianę proponowanego zapisu poprzez zmianę 48 godzin na 5 dni roboczych:

2) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę przez które rozumie się pięciokrotną zwłokę w realizacji dostaw przekraczających każdorazowo 5 dni roboczych 48 godzin, albo też pięciokrotną dostawę przedmiotu zamówienia niezgodnego z zamówieniem lub pięciokrotną zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot zamówienia na wolny od wad

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 1 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę**



### **Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 1 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

### **Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 1 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, nieperforowanej, o gramaturze min. 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka wykonanego z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 25-30g/ m<sup>2</sup>**

### **Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 1 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 26 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 odstąpić od wymogu umieszczania nr pakietu na fakturze?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 27 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 6) w następujący sposób:

- a) 0,3 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru
- b) 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 1 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek chirurgicznych na troki wyposażonych w sztywnik o długości min. 10 cm. Pakowane w kartonik po 50 sztuk, z podaniem wyceny jednostkowej za opakowanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 1 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek chirurgicznych na troki wyposażonych w sztywnik o długości min. 10 cm. Pakowane w kartonik po 50 sztuk, z podaniem wyceny jednostkowej za opakowanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Jeżeli pytanie dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 to wtedy Zamawiający odpowiada, że dopuszcza.**

### **Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 1 poz.3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie czepków pielęgniarских wykonanych z włókniny polipropylenowej (Spunbond) o gramaturze 13 g/m<sup>2</sup>. Pakowane po 100 szt. w worek PE, z podaniem wyceny jednostkowej za opakowanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka wykonanego z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze min. 25-30g/ m<sup>2</sup>**

**Zatwierdził:**

**Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Małgorzata Słomiana**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz  
nr tel.: 74/6489941



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742