

Formularz cenowy - Zadanie nr 4

Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość roztworu użytkowego o (l)	Stężenie użytkowe (%)	Konieczna ilość koncentratu (kg)	Nazwa preparatu/ Producent	Wielkość opak.handlo wego (l)	Ilość opak. handlowych konieczna do wykonania zamówienia	Cena netto op. handlowego [zł]	VAT [%]	Wartość brutto	Wartość netto	Klasa wyrobu medycznego * jeśli dotyczy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych produkcji Pentax. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 60°C. PH robocze rotworu 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloamina, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Środek posiadający pozytywną opinię producenta lub dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny z myjniemi automatycznymi. opakowanie 4 - 5 l Środek kompatybilny ze środkiem opisanym w pozycji 2.	47000	0,50%	235,00	Neodisher endo CLEAN - 5l / DR WEIGERT	op. a'5l	47,00	255,00 zł	8%	12 943,80 zł	11 985,00 zł	I niesterylne
2	Środek dezynfekcyjny do maszynowej obróbki endoskopów elastycznych zawierający w swoim składzie kwas nadoctowy w ilości 15g kwasu nadoctowego na 100g koncentratu. Płynny, nie wymagający aktywatora środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, sporobójczym. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą PN EN 14885. Maksymalny czas ekspozycji – do 5 minut w temperaturze 35°C. Środek odpowiedni do dezynfekcji w temperaturze 25-35°C. PH roztworu roboczego ok. 3 w wodzie zdemineralizowanej. Kompatybilny z endoskopami Pentax. Stężenie użytkowe - do 1% . Opakowanie - kanister 4 do 5l	12000	1,00%	114,00	Neodisher endo PAC - 2 x 4,75l / DR WEIGERT	op. a'2x4,75l	12,00	1 255,00 zł	8%	16 264,80 zł	15 060,00 zł	Ila
Wartość razem										29 208,60 zł	27 045,00 zł	

Uwaga - proszę zapoznać się z poniższą instrukcją

W kolumnach 4, 7, 9 i 10 należy wpisać tylko wielkości liczbowe (bez dopisków)

W kolumnie 4 Wykonawca dla wyliczenia ceny oferty podaje najwyższe zalecane stężenie preparatu, zapewniające wymaganą skuteczność.

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kolumnie 2

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

W kolumnie 10 Wykonawca podaje stawkę procentową VAT