

Część nr 8 - Zestaw do koronarografii i angioplastyki „ad hoc”.

[illegible]

DOT. POZ. 1,2 PRODUKTY PAKOWANE NA OPAKOWANIA 1 OP. = 5 SZT.

- Produkty w opakowaniach zbiorczych sprzedawane są na opakowania, otwarcie takiego opakowania zbiorczego oznacza pobranie przez Zamawiającego wszystkich wyrobów znajdujących się w tym opakowaniu i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wszystkie wyroby medyczne znajdujące się w danym opakowaniu

Część nr 13 - System do optymalizacji zabiegów PCI.

Lp.	Nazwa produktu	Ilość (poz. 1 miejące poz. 2 -4 szt.)	Producent i nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Cena jednostkowa netto	VAT%	Wartość brutto
1	Bezpłatne użyczenie konsololi do wykonywania badań IVUS wraz z urządzeniem do przetwarzania sygnału z przewodnika do pomiaru FFR.	24	BOSTON SCIENTIFIC SVC30- ILABRENTAL SVC30FFRLINK RENTAL	Ila	-	-	-
2	Cewnik IVUS kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, z obrotową głowicą min. 30 obrotów na sekundę i przetwornikiem ultradźwiękowym o częstotliwości 40 MHz, do 60 MHz rozdzielczością osiową – 22 do 38 µm, głębokością penetracji do 6mm. Długość robocza cewnika – 135cm. Parametry zaoferowane zgodnie z odpowiedziami z dnia 10.01.2024r.: 4. Dot. pakietu 13.2, - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz i rozdzielczości osiowej – 22 µm? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją. Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.	100	BOSTON SCIENTIFIC H74939352020 H749518120	III	2 800,00 zł	8%	302 400,00 zł
3	Wyciągarka (sanki) kompatybilna z cewnikiem IVUS, umożliwiającą wykonanie badania i pomiaru na długości 100 mm.	100	BOSTON SCIENTIFIC H749A70200	I	200,00 zł	8%	21 600,00 zł
4	Prowadnik wieńcowy FFR: wyposażony w sensor optyczny, długość robocza przewodnika min. 180 cm, średnica przewodnika 0.014" (≤0.36mm), długość końcówki widocznej w skopii 3cm, z przewodem optycznym długości min. 2m w zestawie.	200	BOSTON SCIENTIFIC H74939359310	III	1 900,00 zł	8%	410 400,00 zł
Wartość razem							734 400,00 zł

- **Produkty w opakowaniach zbiorczych sprzedawane są na opakowania, otwarcie takiego opakowania zbiorczego oznacza pobranie przez Zamawiającego wszystkich wyrobów znajdujących się w tym opakowaniu i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wszystkie wyroby medyczne znajdujące się w danym opakowaniu**