



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 29, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 44000271

Nazwa: Zestaw do stymulatorów serca

Skład:

- 1 x serweta chirurgiczna - serweta główna o wymiarze 200 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m²;
- 1 x serweta na stół narzędziowy, stanowiąca owinięcie zestawu - min. 150 x 200 cm
- 1 x osłona okrągła na sprzęt medyczny 60 x 120 cm wykonana z PE
- 1 x osłona na sprzęt medyczny 140 x 140cm wykonana z PE
- 1 x sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 x sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L
- 8 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm
- 2 x miska 500 ml
- 1 x skalpel bezpieczny nr 23

Materiał obłożenia i fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 3 warstw: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów tj. opakowanie zbiorcze karton zewnętrzny do transportu i karton wewnętrzny do przechowywania.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 29, POZYCJA 2

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 44000272

Nazwa: Zestaw do angiografii udowo-promieniowej

Skład:

- 1 x serweta angiograficzna - serweta główna o wymiarach min. 240 x 340 cm z 2 samoprzylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. 8 cm, wykończonymi folią chirurgiczną oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległe do dłuższego boku serwety), składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m², serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron. Wokół otworów w serwecie materiał posiada dodatkowe pady chłonne
- 1 x serweta na stół narzędziowy, stanowiąca owinięcie zestawu - min. 150 x 200 cm
- 1 x osłona okrągła na sprzęt medyczny 60 x 120 cm wykonana z PE
- 1 x osłona okrągła na sprzęt medyczny 140 x 140cm wykonana z PE
- 1 x sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 x sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L
- 8 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm
- 1 x skalpel bezpieczny nr 11
- 1 x miska 500 ml - kolor
- 1 x miska 500 ml - biała

Materiał obłożenia i fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 3 warstw: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów tj. opakowanie zbiorcze karton zewnątrz do transportu i karton wewnątrz do przechowywania.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 30, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 42001650

Nazwa: Zestaw do operacji ginekologicznych

Skład:

- 1 x serweta w ułożeniu ginekologicznym z wbudowanymi osłonami na kończyny ze wzmocnieniem o min. wymiarze 240 cm x 260 cm, z samoprzylepnym oknem o min. wymiarze 9 x 12 cm oraz z workiem do zbiórki płynów
- 1 x serweta na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o wymiarze 150 x 190 cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki o wymiarze 75 x 100 cm
- 1 x serweta na stół Mayo o wymiarze 80 x 140 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarze 10 x 50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy o wymiarze min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia i fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m²: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów tj. opakowanie zbiorcze karton zewnętrzny do transportu i karton wewnętrzny do przechowywania.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 30, POZYCJA 2

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 44000269

Nazwa: Zestaw do porodu

Skład:

- 2 x serweta nieprzylepna o wymiarze 70 x 50 cm
- 1 x serweta do okrycia noworodka o min. wymiarze 85 x 90 cm
- 1 x podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o wymiarze 60 x 90 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy o wymiarze 100 x 150 cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 x sterylny fartuch chirurgiczny z materiału SMMS o gram min. 35 g/m², rozmiar L, szwy wykonane metodą ultradźwiękową
- 20 x kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m²
- 4 x ręcznik celulozowy o wymiarze min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów tj. opakowanie zbiorcze karton zewnętrzny do transportu i karton wewnętrzny do przechowywania.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 33, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 42001640

Nazwa: Zestaw do zabiegów PCNL

Skład:

- 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wymiarze 150 x 190 cm, stanowiące owinięcie zestawu
- 1 x serweta o min. wymiarze 180 x 300 cm z otworem samoprzylepnym o min. wymiarze 15 x 20 cm i workiem do zbiórki płynów

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów tj. opakowanie zbiorcze karton zewnętrzny do transportu i karton wewnętrzny do przechowywania