



Albert Browne Ltd
A Subsidiary of STERIS Corporation

Date: 25/03/11

To whom it may concern,

**Re: USE OF BROWNE STF LOAD CHECK INDICATOR (PCN 2315) IN
ULTRASONIC BATHS**

The Browne STF Load Check Indicator has been tested against the surgical instrument soils listed in ISO/TS 15883-5: 2005 (Washer-Disinfectors – Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy). If the ultrasonic bath is being used to clean surgical instruments, the use of the STF Load Check Indicator would be appropriate.

The instructions for use of both the ultrasonic bath and the STF Load Check Indicator must be followed.

Yours Sincerely

Martin Owen
Senior Development Scientist

Zgodność potwierdzona z oryginałem przez: Wyłączny Dystrybutor w Polsce
Media-MED Sp. z o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, www.media-med.pl
Lipiec 2012

Tłumaczenie

Data: 25/03/11

Do wszystkich kogo może to dotyczyć:

**Dotyczy: Zastosowanie wskaźników BROWNE STF LOAD CHECK (2315) w
myjkach ultradźwiękowych**

Wskaźniki BROWNE STF Load Check były badane pod kątem zanieczyszczeń jakie mogą znajdować się na narzędziach chirurgicznych opisanych w ISO/TS 15883-5:2005 (myjnie dezynfektory – część 5 : substancje testowe sprawdzające efektywność mycia).

Jeśli myjka ultradźwiękowa jest stosowana do mycie narzędzi chirurgicznych, stosowanie STF Load Check jako kontroli procesu mycia jest jak najbardziej odpowiednie.

Instrukcja prawidłowego użycia myjni ultradźwiękowej oraz wskaźnika STF musi być zachowana.

Z poważaniem

(podpis nieczytelny)

Martin Owen
Starszy Specjalista do Spraw Rozwoju