

UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.:

Wartość netto = ilość op. x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + należny podatek VAT

Pakiet Nr 3 – TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z NORMĄ PN/EN ISO 11607									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Numer katalogowy, Producent
1	Testy chemiczne do sterylizacji parowej ,klasy V. Test wieloparametrowy.ZINTEGROWANY WSKAŹNIK CHEMICZNY TYP 5 DO PARY Podana wartość: 134°C 3 min 30 s _ 121°C 16 min 30 s Wskaźnik zgodny z normą ISO 11140-1 Zmiana koloru . Bez ołowiu Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia Data ważności: min. 4 lata. 400szt. w opakowaniu	op.	24	212,00 zł	23%	260,76 zł	5 088,00 zł	6 258,24 zł	MATACHANA 85013.2
2	Test kontroli mycia maszynowego w myjniach dezynfektorach. Wskaźnik procesu mycia z naniesionym zabrudzeniem testowym będący odpowiednikiem zabrudzenia z narzędzi chirurgicznych, sztywnych endoskopów, sprzętu anestesjologicznego, butelek. Zabrudzenie naniesione w trzech wyraźnych oznaczonych kolorem np. różowym owalach. Ocena testu poprzez całkowite zmycie wszystkich owali. Wskaźnik o wymiarach 70 x 30 mm . Oceniający jakość preparatów alkalicznych i alkaliczno-enzymatycznych, temperatury wody, działania mechanicznego. Kompatybilność wskaźnika : alkaliczne i alkaliczno-enzymatyczne i enzymatyczne preparaty. Bez ołowiu Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia Data ważności: min. 3 lata. Uchwyt do testów w pierwszej dostawie. Op. 100 szt.	op.	4	438,00 zł	23%	538,74 zł	1 752,00 zł	2 154,96 zł	MATACHANA 85666.3/85667
3	Pakiet testowy jednorazowego użytku TYPU BOWIE & DICK Podana wartość (SV): 134°C 3 min 30 s _ 121°C 15 min Wskaźnik zgodny z normą ISO 11140-1 Zmiana koloru , Bez ołowiu Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia Data ważności: min.3 lata. Op. 20 szt.	op.	20	244,00 zł	23%	300,12 zł	4 880,00 zł	6 002,40 zł	MATACHANA 85010
4	Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parowej Zestaw testowy - wskaźnik biologiczny zawierający Geobacillus stearothermophilus. Wskaźnik przeznaczony do sterylizacji w nasyconej parze wodnej w temp. 121-C oraz 134-C Odczyt testu przy wykorzystaniu inkubatora w czasie nie dłuższym niż 20 min. z możliwością dokonania ponownego odczytu potwierdzającego w 24 godz. Wskaźnik zgodny z normą Norma: ISO 11138-1 oraz ISO 11138- Zmiana koloru: Bez ołowiu Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia. Data ważności: 2 lata. Na czas trwania umowy wykonawca dostarczy inkubator , 2 zakresowy do odczytów z procesów sterylizacji parowe i nadtlenu wodoru. Inkubator wyposażony w drukarkę, poświetlącą podstawę oraz ekran LCD o przekątnej min. 5,7". Inkubator wyposażony w scanner kodów QR. Op. 50 szt.	op.	12	789,00 zł	23%	970,47 zł	9 468,00 zł	11 645,64 zł	MATACHANA 85022.1
5	Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej. Szer.25 mm – 50m w rolce	rolka	200	25,00 zł	23%	30,75 zł	5 000,00 zł	6 150,00 zł	KTG TIS 25
6	Wskaźnik chemiczny paskowy do sterylizacji parowej klasy VI. WSKAŹNIK CHEMICZNY TYPU 6 PARA Podana wartość (SV): 134°C 3 min 30 s _ 121°C 15 min Wskaźnik zgodny z normą ISO 11140-1 Zmiana koloru., Bez ołowiu. Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia Data ważności: min. 3 lata. Op. 400 szt.	op.	16	253,80 zł	23%	312,17 zł	4 060,80 zł	4 994,78 zł	MATACHANA 85015.2
7	Przyrząd testowy do zintegrowanego testu do kontroli wsadu w parze wodnej plus testy Przyrząd testowy typu HELIX Podana wartość (SV): 134°C 3 min 30 s _ 121°C 15 minWskaźnik chemiczny typu 2 do wykrywania prawidłowej próżni, jakości pary i obecność gazów nieskrapających się w procesach sterylizacji parą nasyconą. 134°C 3 min 30 s 121°C 15 min. Korpus testowy Helix składa się z długiego plastikowego węża, którego koniec jest połączony z indykatorem. Zgodność z normą: ISO 11140-1 Zmiana koloru: Bez ołowiu Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia Data ważności: min. 3 lata. Op. 1 przyrząd plus 250 testów	op.	2	670,00 zł	23%	824,10 zł	1 340,00 zł	1 648,20 zł	MATACHANA 85686.1
8	Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych . TEST ZGRZEWU Arkusze do kontroli jakości zgrzewu w zgrzewarkach zgodnych z normą EN ISO 11607-2:2006 oraz EN 868-5. Data ważności: min. 2 lata. Op. 250 szt.	op.	2	179,00 zł	23%	220,17 zł	358,00 zł	440,34 zł	MATACHANA 85692.9
RAZEM							31 946,80 zł	39 294,56 zł	