

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 9 KOMPLETY CHIRURGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF)	Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1	Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) Nogawki bez ściągacza, przy szyi wykończone wycięcie, rękaw krótki, min. dwie kieszenie. W pasie w spodniach trok. Materiał na całej powierzchni włóknina o gramaturze min. 38 g/m2.; materiał nieprzezierny/ nieprześwitujący. Dostępny w dowolnym kolorze: zielonym, niebieskim lub purpurowym /fioletowym. Rozmiary S, M, L, XL, XXL komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2	szt	36 000	3,30	118 800,00	8%	128 304,00	Operating Theatre Medical/ Komplet zabiegowy/ I001469OTM (157253). I001470OTM (157254). I001471OTM (157255). I001472OTM (157256). I001473OTM (157257)	I

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 17 ZESTAW DO OPERACJI DŁONI / STOPY

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF)	Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1	<p>Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3. •Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. •Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min gramaturze 54g/m2; jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochloronna włókninaPP. •Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktoqramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. •Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktoqramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. •Opisy zestawu wymagane w języku polskim. •Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm •1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm •1 szt. serweta do operacji dłoni/stopy o min. wym. 200x 300cm z samo-uszczelniającym się otworem o min. śr. 3 cm •min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm 	zestaw	1 800	26,00	46 800,00	8%	50 544,00	Lohmann & Rauscher/ Zestaw do operacji dłoni/ stopy/ 33347	Is

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 20 ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF)	Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1	<p>Sterylny zestaw urologiczny TUR</p> <p><input type="checkbox"/> Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</p> <p><input type="checkbox"/> Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</p> <p><input type="checkbox"/> Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54/m2; jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłoną włóknina PP.</p> <p><input type="checkbox"/> Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktoqramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</p> <p><input type="checkbox"/> Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktoqramów.</p> <p><input type="checkbox"/> Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</p> <p><input type="checkbox"/> Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 szt. serweta min. wym. rozmiar 75 x 175 cm z otworem o średnicy od 5 do 12 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 2 szt. osłony na kończynie o min. wym. 75 x 120 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm</p>	zestaw	2 000	14,00	28000,00	8%	30 240,00	Zestaw do cystoskopii/ Lohmann & Rauscher/ 33863	Is

Zaferowano zestaw: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
 2 osłony z folii na kończynie dolne 75 cm x 120 cm
 1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie
 Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 48 g/m2 (+/- 0,5 g/m2)

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 21 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI CHIRURGICZNYCH

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF)	Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy
1	<p>ZESTAW STERYLNY DO MAŁYCH OPERACJI CHIRURGICZNYCH</p> <p><input type="checkbox"/> Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</p> <p><input type="checkbox"/> Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</p> <p><input type="checkbox"/> Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m². Jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włókninaPP.</p> <p><input type="checkbox"/> Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</p> <p><input type="checkbox"/> Serweta na stółk narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.</p> <p><input type="checkbox"/> Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</p> <p><input type="checkbox"/> Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 szt. serweta na stółk narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna z centralnie umiejscowionym otworem o śr. min. 12 cm, o min. wym. 200 x 240 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 10 x 50 cm</p> <p><input type="checkbox"/> min.2 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm</p>	zestaw	900	21,00	18 900,00	8%	20 412,00	Zestaw do małych zabiegów chirurgicznych/ Lohmann & Rauscher/ 33315	Is

Zaoferowano zestaw z taśmą w rozmiarze 9 x 50 cm

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)