

Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 2

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy cewników do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami Datascope/Maquet** zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
- 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,**
- 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do 2 * dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cspoland@getinge.com *.**
- /* wypełnia Wykonawca/
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

TABELA NR 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEWNIKI BALONOWE DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ - kompatybilne z urządzeniami Datascope/Maquet - rozmiar koszulki 8 Fr dla cewnika 50ml - rozmiar koszulki 7,5 Fr dla cewnika 40ml								
	cewniki 50 ml	szt.	60	2 100,00	126 000,00	8%	136 080,00	2 268,00	DATASCOPE / - MEGA 8 Fr 50cc, nr kat.: 0684-00-0296-01
	cewniki 40 ml	szt.	20	2 100,00	42 000,00	8%	45 360,00	2 268,00	DATASCOPE / MEGA 7,5 Fr 40cc, nr kat.: 0684-00-0295-01
Razem netto:					168 000,00 zł	Razem brutto:	181 440,00 zł		